

משרד:	מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא)
יחידה מזמינה:	מחלקת דימות
תאריך:	08.03.2021

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
<p>רכישת תוכנה של חברת AIDOC עבור ניתוח סריקות רפואיות מסוג CT באמצעות בינה מלאכותית לצורך זיהוי פתולוגיות חדות ושיפור איכות הפענוח הרדיולוגי.</p> <p>חברת איי אי דוק הינה החברה היחידה בשוק המספקת באופן מוכח ופעיל פתרון תוכנה מקיף ואמין עבור הרדיולוגים אשר מכסה מספר רב של סוגי סריקות CT ופתולוגיות אקוטיות בהלימה לרולציות מקומיות ובינלאומיות. הפתרון של החברה מיושם כבר במספר בתי חולים מובילים בארץ ובחול המערכת מקיפה מספר רב של פתולוגיות ב CT כגון דימום מוחי אוטם מוחי חסימת כלי דם גדול תסחיף אויר חזה אויר תסנין ראיתי חוץ מאשר המודול של דימום מוחי כול יתר המודולים ייחודיים לחברת AIDOC</p> <p>ולכן הינה ספק יחיד. לחבר אישור FDA אמ"ר. תוצרי החברה הינם בעלי דיוק של 98 אחוז במחקרים השונים שבוצעו שהינו שיעור דיוק מאד גבוה.</p> <p>לחברה בסיס לקוחות גדול בארץ ובחול</p> <p>לחברה ממשק IT מלא ל PACS ו RIS אשר קיים באסף הרופא</p> <p>לחברה יכולת אורקסטרציה מבוססת בינה מלאכותית. מה שמאפשר לזהות כול תמונה בסדרה ללא שימוש בתגים</p>

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	איי אי דוק AIDOC
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	515395184
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	144,554 ₪
תקופת ההתקשרות:	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:


- 1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- 2. ממצאי הבדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- 3. נימוקים והערות נוספות**

<p>לחברה מספר רב של מודולים של בינה מלאכותית מאשרי FDA שפרט לאחד המודול של זיהוי דימום מוחי כול יתר המודולים הינם ייחודיים ל AIDOC ויחד מהווים את הפתרון היחידי הכולל של בינה מלאכותית למעבר על סריקות CT זיהוי פתולוגיות חדות ועל ידי כך מעלים את שיעור האבחון ומשפרים טיפול. החברה כבר עובדת עם מספר בתי חולים מהמובילים בארץ ובעולם.</p> <p>לחברה אישור FDA אמ"ר לחברה בסיס לקוחות גדול</p>
<p>רמת הדיוק של המודולים באבחנות השונות הינה של 98 אחוז שהיא רמת דיוק גבוהה כפי שבאה לידי ביטוי בפרסומים רפואיים לחברה בסיס לקוחות גדול מ300 בתי חולים בעולם.</p> <p>לחברה הוכחה לתרומה קלינית בעבודות ופרסומים שבדקו את היעילות והתרומה הקלינית לעבודת הרדיולוגים</p>
<p>לחברה ממשק מלא למערכות IT ממשק מלא ל PACS IRIS של אסף הרופא לחברה פתרונות של בינה מלאכותית עם יכולת אורקסטריציה מאד גבוהות וניתן לזהות כול תמונה בסדרה ללא שימוש בתגים</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהלת מחלקת דימות	דר סיגל טל
	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית
<p>מס' תע"ת: 55422-א-ל-14812 מס' תע"ת: 70 מס' תע"ת: 55422-א-ל-14812 אסף הרופא מס' תע"ת: 55422-א-ל-14812</p>		