

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הבריאה	משרד:
ארכיון הסכר	יחידה מזמינה:
4/4/24	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095085478	VEINVIEWER FLEX

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	דניאל ביוטק
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512664814
מספר ספק בשיבא	3973
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	15,400 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

22 במרץ 2021
מספרנו: יש/2021-0140
תיק:

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש
כא 1

הנדון: הצטיידות 2021/מרכז הסרטן- חו"ד לרכישת מכשיר להדמיה ואיתור ורידים.

- א. דוא"ל מיום 13.9.2020 – גבי סנדרה הוינו
- ב. דוא"ל מיום 19.9.2020 – מר דניאל פוליאקוב
- ג. דוא"ל מיום 21.3.2021 – גבי אורנה רחמינוב

1. נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות של 1 יח'.
 2. מדובר במכשיר המציג תמונה של מיפוי ורידים ובכך מאפשר גישה מהירה ונוחה גם במקרים של ורידים "קשים". המכשיר מאפשר לאתר שסתומים או פיצולים בכלי דם ומסייע במניעת זיהומים.
 3. נבחנו בפועל ע"י משתמשי הקצה דגמי המכשור הבאים:
 - דגם AV500 מתוצרת AccuVein המשווק ע"י חברת "ש. שיווק כל מיליונים".
 - דגם VeinViewer Flex מתוצרת Greiner Bio-One המשווק ע"י חברת "דניאל ביוטק".
 - דגם VIVO500S מתוצרת VIVOLIGHT המשווק ע"י חברת "גיל מדיקל".
- הערה:** הדגם מתוצרת VIVOLIGHT נפסל לרכישה על הסף היות ולא עומד בכל תקינה בינלאומית למכשור רפואי.

4. רצ"ב בנספח א' טבלה סיכום הנתונים הרלוונטיים של שלושת הדגמים.
5. בהתאם לסימוכין א' ו-ב', נמצא כי הדגם VeinViewer Flex מתוצרת Greiner Bio-One מספק מענה אופטימלי לנדרש מכל הבחינות. מהיבט הדיוק והמהימנות, נמצא כי הדגם VeinViewer Flex מספק תמונת מיפוי ורידים מדויקת ומהימנה בהשוואה לדגמים המתחרים. מהיבט איכות ההדמיה, התמונה המתקבלת הינה איכותית וממוקדת, ללא תזוזה של פיקסלים בהשוואה לדגמים האחרים.
- למען הסר ספק, הדגמים המתחרים מתוצרת VIVOLIGHT ו-AccuVein מספקים תמונה בעלת איכות ירודה ורמות דיוק ומהימנות נמוכות.
6. הנימוקים המקצועיים שניתנו ע"י משתמשי הקצה נמצאו קבילים ומקובלים ולפיכך ניתן לראות ביצרן Greiner Bio-One ספק בלעדי לרכישה זו. יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' 20Q06516 מחברת "דניאל ביוטק".

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא
תל השומר
עיר הבריאות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

7. על ההזמנה לכלול ספרות שרות והדרכה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

הבהרה: בבירור עם החברה נמסר כי ההצעה בתוקף.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי

מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: ד"ר יורם שדמי
גבי אורנה רחמינוב
גבי שרה בן עמי
גבי ענת מנסנו