

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הכרזת	משרד:
קאמפיוטרי	יחידה מזמינה:
17/3/21	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095086955	CANON XARIO 200G US SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מסלים בדר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

טוש-מד	שם הספק:
514852664	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
63720	מספר ספק בשיבא
_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ	ספק זה הינו:
43,200 יורו+מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
24 חודשים	תקופת ההתקשרות

אגף הדימות
רנטגנאי ראשי

16/02/2021
ד"אדר/תשפ"א

לכבוד
ועדת מכרזים
כאן,

הנידון : נימוק ספק יחיד לרכש מערכת US מתוצרת חברת Canon המיוצגת ע"י חברת
טוש-מיד בארץ

המרכז הרפואי "שיבא" מעוניין ברכש מערכת US מתוצרת חברת Canon המיוצגת ע"י חברת
טוש-מיד בארץ. המכשיר מיועד ליחידה ראומטולוגית בראשותה של פרופ' מירב לידר. להלן פרטי
המערכת Canon Xario 200G.

המערכת נבדקה ע"י הצוות המקצועי שכלל גם רדיולוגית בכירה המומחית ל US במערכת השלד-
דרי מרים שטרן ונמצאה המתאימה ביותר לצרכים של היחידה מבחינה מקצועית.
איכות התמונה ורמת ההפרדה בין הרקמות שמערכת זו מציגה, עולות באיכותן על תמונות של
חברות אחרות ומכאן האבחנה מדויקת יותר עבור המטופל.

המערכת אמורה לסייע בהדגמת כלי דם קטנים ברזולוציה מקסימלית ללא ארטיפקטים בתוך
המפרקים. שם הפונקציה (SMI)

המערכת בעלת יכולת עבודה ללא חיבור לחשמל ועל בסיס סוללת ליתיום נטענת המספיקה
לשמונה שעות עבודה. הדבר מאפשר יום עבודה שלם ללא חיבור לחשמל.

לאור כל האמור לעיל אבקש מועדת המכרזים לאשר רכש של המערכת הנ"ל.

העתקים
גיל דר – סמונכ"ל טכנולוגיות ומנהל הרכש
פרופ' מירב לידר – מנהלת היחידה לראומטולוגיה
אריק בייטלמן – ס. רנטגנאי ראשי

בכבוד רב,

סלים בדר – רנטגנאי ראשי

