

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאה
יחידה מזמינה:	משל ומקום שיבא
תאריך:	18/4/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095087227	CHEF MAPPER XA CHILLER SYSTEM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ביו-ראד
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512983065
מספר ספק בשיבא	115613
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	+126,766 מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

4 באפריל 2021
מספרנו: מב/2021-0154
תיק: 1206, 8010

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש
כ א 1

הנדון: מניעת ובקרת זיהומים – חו"ד לרכישת מכשיר אלקטרופורוזה להרצת מולקולות DNA.

תכתובת מיום 1.4.2021

ביח' למניעת זיהומים קיים מכשיר אלקטרופורוזה מתוצרת BIO-RAD דגם CHEF DR-III (מס' סידורי 962BR1518) ישן ותקול ללא אפשרות השמשה. אי לכך, נדרשת רכישה של מכשיר חדש.

בקשת היחידה בסימוכין הינה לרכישת המערכת CHEF Mapper XA מתוצרת BIO-RAD, אשר הינו הגרסה החדשה והמתקדמת של הדגם התקול המצוי ברשותה. מדובר במכשיר המשמש להפרדה של מולקולות DNA על גבי מטריצת גיל בטכנולוגיית Clamped Homogeneous Electric Fields (CHEF). שיטה זו הינה טכניקה ייחודית להפרדת מולקולות DNA ארוכות ברזולוציה גבוהה במיוחד, ע"י הפעלת שדות חשמליים מבוקרים המשנים כיוון בזווית קבועה מראש ($0-360^\circ$ ברזולוציה של 0.5°).

ניתן לראות ביצרן BIO-RAD ספק בלעדי לרכישה זו, היות ולא ידוע על ספק נוסף למערכת אקוויולנטית לזו מתוצרת BIO-RAD, הפועלת בטכנולוגיה הייחודית המתוארת לעיל ואשר הינה חיונית לעבודת המשתמש. זאת בהתאם להבהרת משתמשת הקצה דר' כרמית כהן בסימוכין.

מומלץ לממש רכישת הדגם CHEF Mapper XA מתוצרת BIO-RAD באמצעות הצעת חברת "ביורד ישראל" מס' QQ72274-CPQ21 לעסקת טרייד-אין עם המכשיר התקול הקיים ביחידה.

על החזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

תינתן תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,

מיטל בלקטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' גילי רגב-יוחאי
דר' כרמית כהן
דר' יורם שדמי