

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.8.2.1	פרק משני: פטור ממכרז

משרד:	
יחידה מזמינה:	המעבדה לגנטיקה מולקולרית-המכון הגנטי
תאריך:	5.5.2021

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
רכש פיפטורים רב ערוצי ומעמד מגנטי למבחנות עבור מערכת צ'יפ גנטי

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	רניום
מספר הספק (פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	12,000 ש"ח
תקופת ההתקשרות:	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

הציוד הנ"ל מיועד עבור מערכת צ'יפ גנטי של חברת AFFYMETRIX שהתחלנו להעסוק בה לאחרונה
במעבדתנו לצורך בדיקות מי שפיר.
- MAGNARACK - הינו מעמד מגנטי ייחודי המשמש לצ'יפ הגנטי והוא מהווה חלק מהדרישות המחייבות בפרוטוקול העבודה של המכשיר, מעמד זה מסופק בלעדית ע"י רניום.
4 - פיפטורים בנפחים שונים - בעלי 8 ערוצים כ"א המאפשרים עבודה על הרבה דגימות - FINNPIPETTE MULTICHANNEL - THERMO SCIENTIFIC - משווקים בלעדית ע"י רניום
קיימים בשוק פיפטורים דומים מסוג זה אולם באיכות פחות טובה, ניסינו להשתמש בפיפטורים מסוג אחר
לדוג' של HTL המשווקים ע"י אורנת, אולם הם לא מדויקים ולא נוחים לעבודה, כך שהעבודה איתם גם צורכת יותר זמן וגם פוגעת באיכות העבודה ובתוצאה הסופית, דבר המאלץ לחזור שוב ושוב על הבדיקות.
איש האפליקציה של החברה המליץ על רכישת פיפטורים מסוג זה, כמו כן התייעצתי עם מנהלות מעבדה מבתי חולים אחרים, בעיקר עם המעבדה בבית חולים קפלן, שעובדת כבר שנים עם אותה מערכת צ'יפ גנטי שיש במעבדתנו והיא המליצה לי חד משמעית להשתמש בפיפטורים מסוג זה של THERMO SCIENTIFIC.
העבודה עם פיפטורים לא איכותיים גורמת לביזבוז של זמן, כח אדם וכסף ובנוסף נגרם עיכוב במתן תוצאה הפוגע באיכות השירות למטופלות ולכן אשמח לאישור הנ"ל בהקדם.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

דר. קרן יוסוביץ	מנהלת המעבדה לגנטיקה מולקולרית	דר. קרן יוסוביץ
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

10/11/09
המרכז הרפואי ע"ש א. חולפסון
דר. קרן יוסוביץ
מנהלת המעבדה לגנטיקה מולקולרית
מס' רשיון: 33-152536