

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאה - פ
יחידה מזמינה:	א.ג. ניירוז'ק נמ"א
תאריך:	4/4/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
4	1098998271	MICRO STRAIGHT SIDE CUTTING BUR
3	1098998263	ROUND BUR MEDIUM CARBUDE 5MM
2	1098998255	OVAL CARBIDE BURS MEDIUM 4X8MM
7	1098954654	X12.X0.4MM MICRO OSCILLATOR BLADE, FINE, B/510
5	1098948540	ST ROUND CARBIDE BURS, MEDIUM, 3MM 5EA"
6	1096855523	ST SAG BLDE FINE 9.5X25.5X0.4MM
1	1095087185	MEDIUM HIGH SPEED DRILL

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

24 במרץ 2021
מספרנו: מב/2021-0146
תיק: 1141, 1001

לכבוד
גילי נעים
מח' הרכש
כא

הנדון: חדר ניתוח/כירורגיה כתף – חו"ד לרכישת מערכת משוריות וקידוח ניידת.

- א. תכתובת מיום 18.3.2021
ב. נימוק ספק יחיד מיום 22.3.21

בסימוכין א' נדרשת רכישה של המערכת שבנדון בכמות של 1 יח' המיועדת לשימוש בניתוחים לייצוב כתף וקיבוע שברים.

המערכת המבוקשת כוללת שלושה מנועים ידניים (Handpieces) עם ראשי נישור מסוג Oscillating Saw ו-Sagittal Saw, ראש קידוח (drill) ומתאם לחיבור ראש שיוף (bur), המופעלים באמצעות סוללת ליתיום נטענת, מטען וקונטיינר ייעודי לביצוע סטריליזציה לכל מרכיבי המכשור.

בסימוכין ב' מבהיר משתמש הקצה דר' אריאל אורן, כי המערכת המיוצרת ע"י CONMED מדגם HALL MICROFREE מספקת את המענה המתאים ביותר לשימוש בתווך פנימי כדוגמת כתף ובסמוך למקלעת הזרוע, וזאת עקב קוטרן הקטן של המנועים הידניים ויכולת הפעלתם באמצעות סוללה נטענת הניתנת לסטריליזציה ומבלי להזדקק לשימוש בכבל חיבור לספק כוח חיצוני.

למען הסר ספק, הובהר כי לא ידוע למשתמש הקצה על מערכת אקוויוולנטית לזו מתוצרת CONMED העונה לתכונות המתוארות לעיל.

נימוקיו המקצועיים של משתמש הקצה נמצאו קבילים ומקובלים ולפיכך יש לראות ביצרן CONMED באמצעות חברת "צמל יעקובסון", ספק בלעדי לרכישה זו.

רצ"ב הצעת חברת "צמל יעקובסון" מס' OF21100940 לרכישת המערכת מדגם HALL MICROFREE וכן הצעה מס' OF21100946 לרכישת הפריטים המתכלים הדרושים (משוריות וראשי שיוף) לצורך הפעלה ראשונית מלאה ותקינה של המערכת. יש לממש הצעות המחיר במלואן.

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והדרכה כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,
מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעות מחיר

העתקים: דר' דינה אורקין
דר' אריאל אורן
דר' יורם שדמי
גב' לירון פור-דניאלי