

אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: <u>213146</u>	יחידה מזמינה: <u>ח.נ.</u>
	מהות הרכישה: <u>3 מוניטורים</u>
	סכום הרכישה מטבע ספק: <u>\$ 37,494</u> כולל מע"מ.
	ספק פוטנציאלי: <u>מדטכניקה</u>

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו \$37494
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של _____ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של _____, באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 100% מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 9.5.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883


רון חרותי


רונית שירי בן זאב


עו"ד רועי אדרי

חתימת המאשרים:

אבי בן זקן

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

6.5.2021

סימוכין: 16-03

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

שלום רב,

הנדון: רכישת 3 מוניטורים א.ק.ג. עבור מיון ילדים

במיון ילדים נמצאים בשימוש 6 מוניטורים מדגם MX450 ו-1 MP20 תוצרת חברת PHILIPS (סוכן: מדטכניקה). המוניטורים מחוברים לשרת PATIENT LINK תוצרת חברת PHILIPS שמאפשר העברת נתונים לתיק חולה ממוחשב-קמילון.

הואיל וקיימים במחלקת מיון ילדים מוניטורים מדגם MX450 ו-1 MP20 תוצרת חברת PHILIPS איג עירוב מוניטורים ונוצרת יצרן אחר, עלולים הלכה למעשה להיות כר פורה לביצוע טעויות רפואיות ולסיכון חיי אדם.

על יסוד כך, שמירה על סטנדרטיזציה במכשירי המוניטורים במחלקת מיון ילדים היא הכרח וציווי רפואי, כאשר למיטב ידיעתך, רק ביכולתה של חברת מדטכניקה, שהיא נציגתו הבלעדית של יצרן המוניטורים: חברת PHILIPS לספק לביה"ח מוניטורים אשר ביכולתם לשמר את הסטנדרטיזציה המיכשורית במחלקה, לצד היכולת לעשות שימוש באבזור של כל מוניטור גם ביחס למוניטור אחר במחלקה, בהיות כלל המוניטורים חולקים את אותו ציוד נלווה, תוך אפשרות העברתו ממוניטור למוניטור (כדוגמת: כבל הולה, פרוב לסטורציה, שרוול ללחץ דם, פרוב לטמפי וכ"ו). יתרה מכך, רק למוניטורים של חברת PHILIPS היכולת להתחבר לשרת הקיים במחלקה, מבלי הצורך בקיומם של חוספת שרתים.

ביה"ח נזקק לרכישת 3 מוניטורים חדשים עבור מיון ילדים, כאשר על יסוד חוות דעתי המפורטת לעיל, הנני סבור כי מתחייב לרכוש מוניטורים מדגם MX450 תוצרת חברת PHILIPS, כאשר הללו ניתנים לרכישה רק מחברת מדטכניקה שהיא נציגתו הבלעדית בישראל של היצרן- חברת PHILIPS.

בברכה,

מנדי מנדלוביץ
מהנדס מחלקת הנדסה רפואית