

נספח למכרז פומבי בנושא STEM מודולרי לרוזיות
של FEMOFR בהחלפות מפרקים
מכרז מס' /12199291

להלן התוויות למכרז :

1. STEM צריך להיות מודולרי ללא צמנט המשלב STEM ישרים ומעוקלים באורכים ועוביים שונים .
2. על המערכת להיות CURED = מעוקל ולא ANGELED = זויתי .
3. על הספק הזוכה להעמיד בח.ג סט כלים ומשתלים בקונסיגנציה .