

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	1814/21
תאריך:	1814/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
6	1095087276	VIDEOCOLONOSCOPE PCF-HQ190L W/BS
4	1095087268	VIDEOCOLONOSCOPE PCF-H190TL W/BS
3	1095087250	VIDEOCOLONOSCOPE PCF-PH190L EVIS EXERA III
2	1095087243	VIDEOGASTROSCOPE GIF-1100 W/BS
1	1095087235	VIDEOGASTROSCOPE GIF-H190N W/BS
5	1095079612	VIDEOCOLONOSCOPE PCF-H190L EVIS EXERA III

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא _____
סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
----------	----------

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

1 באפריל 2021
מספרנו: יש/2021-0153
תיק: 6-1130, 3007

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: בי"ח לילדים/גסטרו ילדים – חו"ד לרכישת וידאואנדוסקופים

דוא"ל מיום 31.3.2021

בהתאם להחלטת מנהל ביח"ח לילדים ניתן אישור רכישת וידאואנדוסקופים עבור גסטרו ילדים בהתפלגות הבאה:

- וידאוגסטרוסקופ – בכמות 2 יח'

- וידאוקולונוסקופ – בכמות 4 יח'

ביח' לגסטרו ילדים מצויים מעבד דגם CV-190 ומקור אור דגם CLV-190, שניהם מגירסה 190 מתוצרת אולימפוס ולפיכך מחוייבת רכישת יח' הקצה הנ"ל מתוצרת אולימפוס בגירסה 190.

למען הסר ספק לא ניתן לשלב וידאו-אנדוסקופים בין יצרנים שונים.

מימוש הרכישה יאפשר גמישות מירבית בין כל חדרי הבדיקה תוך שמירה על פרוצדורת עבודה אחידה.

רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה אותה יש לממש על כל סעיפיה.

הצעה כוללת את המרכיבים הבאים (רצ"ב בנספח א' ריכוז נתונים לכל הדגמים):

פריט 1 – וידאוגסטרוסקופ דגם GIF-H190N ייעודי וייחודי במימדיו, שהינם כמחצית מקוטר הוידאוגסטרוסקופים המצויים בשימוש, על מנת לאפשר חדירה להיצרויות בדרכי העיכול ולטיפול בגידולים בחולים קשים.
הקצה הדיסטלי מרוכך ומונע חוסר נוחות למטופל (Ultra-slim).
המכשיר בנוסף כולל NBI לאיכות תמונה וקיים מחבר מסוג One Touch Connector המאפשר העברה מהירה לחיטוי ללא צורך בפקק אטימה.

פריט 2 - וידאוגסטרוסקופ דגם GIF-1100.

פריט 3 – וידאוקולונוסקופ דגם PCF-PH190L.

פריט 4 - וידאוקולונוסקופ דגם PCF-H190TL.

פריט 5 - וידאוקולונוסקופ דגם PCF-H190L.

פריט 6 - וידאוקולונוסקופ דגם PCF-HQ190L.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא
תל השומר
עיר הבריאות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

לנוכח האמור לעיל ניתן לראות היצרן אולימפוס ונציגותו המקומית חבי מדטכניקה ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים מיום תחילת השימוש בפועל.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת+נספח א'

העתקים: ד"ר איתי פסח
פרופ' בתיה וייס
ד"ר יורם שדמי