

	טופס בקשה להתקשרות באמצעות פטור	
	תאריך עדכון: 7.2.2019	עורך הטופס: סניף אלי כהן תפקיד: רמ"ד תכנון והנחיית רכש מאשר הטופס: נצ"מ אילן מגר תפקיד: ר' מר"מ
עמוד 1 מתוך 2	חתימה: חתום במקור	

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
<p>משטרת ישראל מעוניינת לרכוש מכשיר לאפיון פרופילי דנ"א בשיטת אלקטרופוריזה קפילרית ABI Applied Biosystem Genetic Analyzer (המיוצר ע"י חברת תרמו-פישר ומשווק בישראל ע"י חברת רניום).</p> <p>המכשיר מאפשר לקבוע פרופיל גנטי מ-24 דגימות בו זמנית ו-192 דוגמאות ברצף. מכשיר זה הוא יחיד מסוגו לצורך זיהוי פורנזי וייחודי בהתבסס על היקפי העבודה הנדרשים. המכשיר אותו מבקשים לרכוש בסגרת הפטור הינו מאותו דגם של המכשיר הקיים היום במעבדה אך מחליף את המכשיר הישן עקב בלאי ובכדי לשמור על היקפי פעילות מבצעים נדרשים. המכשיר יצטרף לעוד 5 מכשירים קיימים בעבודת הזיהוי לצורך שמירה על אחידות בעבודה וסטנדרטים זהים.</p> <p>בנוסף לרכש המכשיר, במסגרת הפטור ירכשו 5 רישיונות לתוכנת מומחה לניתוח המידע המופק ממכשיר ה-ABI לצורך ניתוח פרופילי דנ"א (Genemapper) המשווקים ע"י חברת רניום ומיועדים לתגבור של כ-30 רישיונות התוכנה הקיימים ברשות המשטרה לצורך זה.</p>

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"לי כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים

שם הספק:	חברת רניום
מספר הספק	573200909
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	1,300,000 ₪
תקופת ההתקשרות:	31.12.2022 – 01.7.2021

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:

המכשיר הנרכש הינו מאותו דגם ומחליף מכשיר קיים. המכשיר יתווסף למכלול של עוד 5 מכשירים זהים שכולם משמשים את מערך הדנ"א של המשטרה באפיון פרופילים גנטיים בתהליך בדיקה אחיד ובסטנדרטים זהים. מעיון בספרות המקצועית המפורסמת בעיתוני מדע בתחום הפורנזי, מבדיקה בכנסים מקצועיים, ומבירור עם קולגות בעולם, עולה כי זהו המכשיר היחיד המסוגל לספק את השירות בהיקפים הנדרשים.


2. ממצאי הבדיקה לא קיימים ספקים נוספים העונים לדרישות שפורטו לעיל.

	טופס בקשה להתקשרות באמצעות פטור	
	תאריך עדכון: 7.2.2019	עורך הטופס: סניף אלי כהן תפקיד: רמ"ד תכנון והנחיית רכש מאשר הטופס: נצ"מ אילן מגר תפקיד: ר' מרומ
חתימה: חתום במקור	חתימה: חתום במקור	עמוד 2 מתוך 2

4. השוואה בין כלל התכונות תוך ציון החברות והמוצרים שנבדקו:

הדרישה	רניום (תרמו-פישר)	תעשיות ביולוגיות (פרומגה)
1 מכשיר CE זהה בפרמטרים למכשירים הקיימים בשימוש המשטרה (דגם, אורך קפילרות, סוג הפולימר, התאמה לחומרים המתכלים שהמשטרה רוכשת במרוכז).	עומד	לא קיים
2 מכשיר קורא פרופילים בהיקף של 24 דגימות ב-45 דקות ושל 192 דוגמאות ברצף ללא התערבות מפעיל	עומד	לא קיים מכשיר בהיקפי עבודה לפי הדרישה. קיים מכשיר עם שיטת מהתפוקה הרצויה והקיימת היום בעבדה
3 תוכנת מומחה לניתוח פרופילים זהה ל-35 רישיונות המומחה הקיימים ברשות המשטרה	עומד	לא קיים
4 יכולת כיוול וייצור אחידות בין כל מכשירי ה-ABI שברשות המשטרה מבחינת עוצמת קריאה לצורך קבלת תוצאות ברות השוואה בתיק בדיקה בשימוש במכשירים שונים.	עומד	לא עומד היות וטכנאי של חברת רניום הוא היחיד המוסמך לטפל במכשירים הקיימים במשטרה
5 יכולת קריאה של פלטת שכפול אחת בין מכשירים שונים.	עומד	לא עומד (חומרים ומתכלים שונים)

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה. בכבוד רב,

מרב עמיאל	ר' מעבדת דנ"א וביולוגיה	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה