

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	רפ"א
יחידה מזמינה:	אג"ר
תאריך:	13/5/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095066304	CONTRAST DELIVERY SYSTEM MODEL: CVI

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אמי טכנולוגיות
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511283194
מספר ספק בשיבא	1012
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	38,000 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא
תל השומר
עיר הבריאות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

3 במאי 2021
מספרנו: יש/0198-2021
תיק: 7006-3

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מכון הלב/צינתורים – חו"ד לרכישת מזרק אוטומטי

בביה"ח קיימים ארבעה מזרקים אוטומטיים למתן חומר ניגוד בתחום הקרדיו מתוצרת חברי ACIST בהתפלגות הבאה:

יח' הצינתורים – 3 יח'

ח.ג. היברידי – 1 יח'

שלושה מכשירים הינם מדגם CVI STANDART ומכשיר יחיד מדגם CMS 2000.

דגם CMS 2000 הוכרז בשנת 2015 ע"י היצרן כ-End of Life (רצ"ב הודעתו).

דגם זה בעל מס' סידורי H400267 נשלח ע"י יח' הצינתורים ישירות לסוכן היצרן בארץ חב' א.מ.י טכנולוגיות עקב תקלה שבדיעבד הסתבר כי מקורה במסך ובהזרמת חומר ניגוד ללא בקרה.

ביום 2.5.2021 הגיעה הודעת החברה כי אין חלפים ואין יכולת תיקון בהתאם למכתב היצרן מיום 3.3.2015. המכשיר הושבת (רצ"ב תעודת השבתה)

המכשיר החלופי המוצע הינו דגם CVI STANDART הזהה לקיים בפועל, הן בפעילות והן במתכלים כאשר עיקרי השינויים בין הדגם שהושבת למוצע (הקיים בשימוש בפועל) הינם כדלקמן:

א. שינוי מע' האלקטרונית + ספק כח

ב. איחוד שני דגמים קודמים (CMS2000 לתחום קרדיו + VOYAGER לתחום אנגיו) למכשיר יחיד.

ג. יכולת התאמת לחץ וקצב זרימת חומר הניגוד לגודל כלי הדם.

סעיף ג' הנ"ל הינו ייחודיות הדגם המוצע על פני דגמים אחרים בשוק. יתרון נוסף הינו זהות לדגמים הקיימים בפועל בצינתורים וכמובן זהות במתכלים.

מהאמור לעיל ניתן לראות ביצרן ACIST ובנציגותו המקומית א.מ.י טכנולוגיות ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך ולממש הצעת המכשיר הרצ"ב.

תקופת אחריות 24 חודשים כמקובל. תקופת האחריות כוללת את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

ההזמנה תכלול ספרות שרות והפעלה.

בכרזה,
ד"ר יורם עדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתקים: פרופ' אהוד רענני