

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	קב"א
יחידה מזמינה:	נה שיקים ילדים
תאריך:	25/7/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095087029	EN-TREE PULLEY MDD STANDARD 24kg
3	1040020877	SET OF WEIGHTS FOR THE 24 kg
2	1040009565	EN-TREE PULLEY - SET ACCESSORIES

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	בפקס
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510512841
מספר ספק בשיבא	1290
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

7 במרץ 2021
מספרנו : מב/2021-0111
תיק : 1113-1, 3001

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מח' שיקום ילדים –

חוו"ד לרכישת מכשיר לתרגול ואימון כוח (Medical Training Therapy)

- א. תכתובת מיום 10.2.2021
ב. דוא"ל מיום 3.3.2021

בסימוכין א' נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות של 2 יח'.

מדובר במערכת לתרגול וביצוע אימוני כוח והתנגדות לשרירי הידיים והזרועות באמצעות משקולות.

להלן דרישות המשתמש מהמכשיר:

- מכשיר בעל מימדים קומפקטיים מפאת מגבלות המקום הפיזי בחדר הכושר בו יותקן המכשיר.
- מותאם לשימוש ילדים, ישובים בכיסא ובכיסא וגלגלים.
- משקל מקסימלי – 24 ק"ג
- משקל מינימלי של 0.25 ק"ג
- חלוקה ל-30 יחידות משקל בתחום.
- אבזור מתאים לביצוע תרגילי משיכה שונים (Handgrips).
- סט משקולות לעבודה בעומס נמוך (0.1-0.2 ק"ג).

ליצרן ENRAF NONIUS הדגם EN-Tree Pulley המשוק בארץ ע"י חברת "בפקס". דגם זה נמצא עונה לכל צורכי המשתמש המפורטים לעיל והינו בעל מידות פיזיות קטנות התופסות שטח של 33x30 ס"מ בלבד וגובה של 218 ס"מ.

בסימוכין ב' מובהר ע"י משתמש הקצה כי דגמי מכשור מתחרים אשר הוצעו ע"י החברות "אנרג'יס" ו"טכנוג'יס", נמצאו לא מתאימים לשימוש המחלקה מאחר והינם בעלי מימדים גדולים מאוד אשר לא מתאימים להתקנה בחדר התרגול.

היות ולא נמצאו ע"י המשתמש ספקים מקומיים נוספים למכשור העונה לנדרש מלבד זה מתוצרת ENRAF NONIUS, יש לראות ביצרן זה ספק יחיד לרכישה זו.

לציין כי המכשור הינו המוכר והמקובל לשימוש במכוני פיזיותרפיה בכל רחבי הארץ עבור הייעוד הנדרש.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת חברת "בפקס" מס' Q2100782 על כל סעיפיה.

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והדרכה כמקובל.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ- 24 חודשים החל מיום ההתקנה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.


בברכה
מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתקים : דר' זיאנה לנדה
דר' יורם שדמי
גבי עציונה אייזנשטיין

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387