

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	רפ"א
יחידה מזמינה:	ח.נ. נוירולוגיה
תאריך:	26/7/21

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
4	1095087847	X18L5S HOCKEY STICK TRANSDUCER
3	1095087839	N11C5S BURR HOLE NEURO TRANSDUCER
2	1095087821	N13C5 CURVED ARRAY TRANSDUCER
1	1095087813	BK5000 ULTRASOUND SYSTEM
9	1040021966	REPROCESSING TRAY FOR 8809/9009/18L5S
8	1040021958	REPROCESSING TRAY FOR 8863/9063/N11C5S
7	1040021941	REPROCESSING TRAY FOR 8862/9062/N13C5
6	1040021933	DICOM
5	1040021925	NEUROSURGERY APPLICATION PACKAGE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

19 ביולי 2021
מספרנו: יש/2021-0294
תיק: 1125, 1001

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: ח.נ. נוירוכירורגי – חו"ד לרכישת אולטראסאונד

דוא"ל דר' צבי כהן מיום 15.7.2021

בסימוכין מבקש דר' כהן לבטל הזמנת המכשיר מתוצרת ALOKA לאחר שהובהר כי למכשיר מיצרן זה לא יהיה ממשק עם מע' הניווט דגם S8 תוצרת מדטרוניק.

בפנייה אל חב' מדטרוניק נמסר כי קיימת פעילות ליצירת ממשק עם חב' B&K אך עדיין אין מועד למימוש בפועל.

דר' כהן מוסיף ומבהיר כי דגם BK5000 נבדק מעשית ע"י הצוות הנוירוכירורגי וקיימת תמימות דעים בדבר התאמתו לנדרש, בנוחות הפעלה, ברזולוציה וביעילות.

בבדיקתי הוברר כי בארה"ב חב' B&K שולטת בתחום הנוירוכירורגי באופן מוחלט.

דר' כהן הבהיר כי נדרשים המתמרים הבאים:

דגם 9062 - בעל רזולוציה גבוהה עבור Neonatal Cephalic Imaging, Spinal cord Imaging, Craniotomy בתחום תדרים 5-13MHz – מיועד לעבודה בפני השטח.

דגם 9063 מסוג Burr hole – עבור Image the brain, guide prucedures with precision לתהליכי ביופסיה מיועד לעומק הגולגולת. מוריד רעשי רקע. בתחום תדרים 5-11MHz

דגם 9009 מסוג Hockey Stick בעל רזולוציה גבוהה – מיועד בעיקר עבור כלי דם פריפריאליים, מאפשר גמישות בפעילות בזוויות 30°, 45°, 60°, 90°

בנוסף מאפשר שימוש עבור musculoskeletal, small parts בתחום תדרים 5-10MHz מוריד רעשי רקע

רצ"ב הצעת חב' אמי טכנולוגיות אותה יש לממש על כל סעיפיה.

מאחר ומדובר במכשיר שיעודו חיבור למע' הניווט דגם S8 ובהתאם למסר מחב' מדטרוניק פעילות האינטגרציה מבוצעת הלכה למעשה (ללא תאריך יעד), יש לראות ביצרן B&K ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

תקופת האחריות שנתיים כאשר היא כוללת את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים על פי הנחיות יצרן.

ספרות הפעלה ושרות יכללו בהזמנה.

בברכה,
דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: דר' דינה אורקין
דר' צבי כהן
דר' נחשון קנולר
דר' יורם שדמי
גב' לירון דניאלי-פור