

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**  
**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	י.צ י.28 א
תאריך:	26/7/21

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095070231	OLIMPIC BRAINZ MONITOR 3-CHANNELS EEG-220V

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדליף
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514605658
מספר ספק בשיבא	52900
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	92,880 שח+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

18 ביולי 2021  
מספרנו: יש/0293-2021  
תיק: 3017, 1120

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: ט.נ. ילדים – חו"ד לרכישת BRAIN MONITOR  
דוא"ל מיום 3.7.2021

בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח.

מדובר במכשיר ייעודי לניטור מוחי בתינוקות ובפגים מתוצרת OLYMPIC MEDICAL-NATUS המספק נתונים של EEG ו-EEG real time בניטור רציף באמצעות 3 ערוצי מדידה.

המכשיר נוח וידידותי למשתמש הקצה ומספק מידע חיוני על המצב הנוירולוגי של המטופל במיוחד במצבי היפותרמיה כולל תוכנות ייעודיות לפגים. המכשיר מצוי בשימוש מסיבי במחלקת פגים.

הדגם העדכני של חבי OLYMPIC הינו BRAINS והוא מומלץ לרכישה.

רצ"ב מכתב דרי' מזכרת המבהיר כי יש לראות את חבי OLYMPIC ספק בלעדי לניטור מוחי ולהתייחס ליצרן ולנציגותו המקומית כספק בלעדי על כל המשתמע מכך.

רצ"ב הצעת חבי מדליף מס' PQ21000559 הכוללת:

- מכשיר הכולל: מוניטור בעל מסך 15", מעמד רצפתי נייד, קיט הפעלה לחיבור למטופל ואביזרים לחיבור לרשת החשמל).

- שני רישיונות

- תוכנת פענוח

- תוכנת Background Pattern Classification

יש לממש הצעת המחיר במלואה.

תינתן ספרות הפעלה ושירות.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים המתחייבים בהתאם להנחיות יצרן.

בברכה,  
דרי' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: פרופ' גידי פרת  
מר בוריס פיזדל  
גב' ורדית שמש-מיליגר