



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לקהל המציעים שלום,

הנדון: מענה לשאלות הבהרה, פומבי מס. 22/2021 אספקת גלאי גז ניידים עבור השירותים הווטרינריים.

הערה חשובה: נא להתייחס למענה שאלה מספר 19 ניסיון המציע.

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
1	2.2.18 מטען רכב	נבקש כי סעיף זה יתומחר בנפרד, כאופציה, לשיקול המזמין.	אין שינוי במסמכי המכרז
2	2.2.19 סוללה	האם סוללה נטענת אינה חובה ???	חובה
3	2.2.28 עמדת כיוול	א. נבקש כי סעיף זה יתומחר בשורה נפרדת ב. כמה עמדות כיוול תבקשו לאספקה? ג. האם עמדת הכיוול כוללת ברזים אוטומטיים לגילי גז הכיוול? ד. האם עמדת הכיוול כוללת 3 גילי גז כיוול מותאמים לחיישנים אשר בגלאי?	א. אין שינוי במסמכי המכרז. ב. 5 עמדות כיוול ג. עמדת כיוול מותאמת למכשיר ד. כנ"ל (ג')
4	2.2.29 הורדת נתונים	א. נבקש כי סעיף זה יתומחר בשורה נפרדת ב. כמה עמדות הורדת נתונים תבקשו לאספקה?	א. אין שינוי במסמכי המכרז. ב. לפי מספר המכשירים – 25 עמדות
5	2.5 ב'	נאמר בסעיף: " בכל מקרה בו לא תתאפשר תמיכה מרחוק חובה על הזוכה להגיע פיזית לאתר המזמין בו מופעלים הגלאים. נא לציין את כל אתרי המזמין בארץ ומה כמות הגלאים המיועדת לכל אתר.	האתר הוא השירותים הווטרינריים, בית דגן.
6	2.2 4/	משקל עד 300 גרם. נבקש אישור למשקל עד 680 גרם. תוספת זניחה במשקל אבל חשובה על מנת לספק זמן סוללה ארוך יותר וטכנולוגיית גילוי איכותית יותר אמינה יותר ובעלת אורך חיים ארוך יותר.	אין שינוי במסמכי המכרז
7	2.2 7/	נבקש להוסיף: התראה תופק גם מחיישן חוסר תנועה בגלאי, המתריע אם העובד איבד הכרה ("MAN DOWN")	אין צורך
8	2.2 11/	נבקש לאשר טווח לחות 15-90% כמקובל.	מאושר
9	2.2 13/	נא לאשר שמירת מידע של 200 שעות במרווחים של 1 דקה	מאושר
10	2.2 18/	מטען למצת רכב – נא לאשר אספקת ממיר מ220 לV12 המאפשר להטעין את הגלאי גם ברכב.	מאושר

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
11	2.2 18/	מטען למצת רכב – האם נדרשת 1 יחידה או 1 לכל גלאי.	1 לכל גלאי (סה"כ 25 מכשירים)
12	2.2 22/	נא לתקן : זמן עבודה רציפה על מחזור טעינה אחד של 14 שעות לפחות. (אין סיבה להסתפק ב-8 שעות בעידן סוללות ליתיום).	מינימום 8 שעות עבודה
13	2.2 25/	תחום מדידה אמוניה- נא לאשר <u>100 PPM</u> כמקובל בשוק (דרישת הבטיחות – לפי סעיף 1.2. א' – <u>10 PPM</u> בלבד).	הדרישה היא שהתחום יהיה לכל הפחות: <u>PPM 0-50</u>
14	2.2 26/	תחום מדידה H ₂ S- נא לאשר <u>100 PPM</u> כמקובל בשוק (דרישת הבטיחות – לפי סעיף 1.2. ג' – <u>2.5 PPM</u> בלבד).	הדרישה היא שהתחום יהיה לכל הפחות: <u>PPM 0-50</u>
15	2.2 28/	האם נדרש לספק עמדת כיוול? זה לא מופיע בכתב הכמויות. ואם כן באיזה כמות.	א. נדרשת עמדת כיוול. ב. 5 עמדות כיוול.
16	2.2 29/	א. האם נדרש לספק עמדה להורדת נתונים מהגלאי? ב. זה לא מופיע בכתב הכמויות. ואם כן באיזה כמות.	א. דרוש רכיב מותאם להעברת נתונים (עמדה/כבל/אחר) ב. 1 לכל גלאי (סה"כ 25 מכשירים).
17	2.3 א'	זמן אספקה עד 21 ימי עסקים, מדובר בגלאי בקונפיגורציה custom המורכבת במיוחד עבורכם אצל היצרן. נבקש אישורכם לאספקה לעד 30 ימי עסקים.	הבקשה מתקבלת
18	2.5 ח' 2)	בסעיף נדרשה הגעת טכנאי תוך 24 שעות. זה מצב בעייתי שידרוש מהספקים להעמיד כונן קבוע עבורכם וזה ייקר את עלות הצעת המחיר שלא לצורך. נבקש את אישורכם להגעה עד 5 ימי עבודה לקריאת שירות שגרתית ועד 3 ימי עבודה למקרה דחוף.	הבקשה מתקבלת
19	סעיף 4.3.2 – ניסיון המציע	חברתנו עוסקת בתחומי החומ"ס והאב"כ בארץ ובעולם. רוב עסקאות הגלאים שלנו הן בחו"ל, כך שבארץ אין אנו יכולים לספק 3 לקוחות שקיבלו מאיתנו גלאים. מבקש לשנות הסעיף לשלושה לקוחות, ללא ציון ההגבלה של מדינת ישראל. עבורנו זה סעיף מפלה.	במהלך השנים 2018 עד 2021 המציע סיפק את הגלאים המוצעים במכרז לשלושה לקוחות שונים. אספקת הגלאים כללה מתן שירותי תחזוקה.
20	סעיף 6.5 הצעת המחיר- עמוד 37	בטופס הצעת המחיר חסר סעיף להצעת מחיר עבור " 1 שנת אחריות מעבר ל 3 ראשונות " כמתבקש במרכיבי התמחור למכרז ובהתאם לטבלה המופיעה בהסכם – בעמ' 47 סעיף 13.1.2	אין צורך בתמחור שנת אחריות נוספת מעבר לשלוש הראשונות. סעיף זה בהסכם ההתקשרות מבוטל.

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
21	סעיף 7 הצעת המחיר- עמוד 6	הסעיף אינו ברור, זה אינו צרצר מצוקה אלא גלאי בטיחות האמור להתריע בסביבת עבודה המסכנת את העובד .	זוהי אינה הצעת המחיר אלא מפרט הגלאי.
23	סעיף 7 הצעת המחיר- עמוד 6	יש לציין מה רמת ה IP הנדרשת לדוגמא 67IP :	IP 67 מספק
24	סעיף 25 הצעת המחיר- עמוד 6	אבקש לשנות תחום המדידה ל 0-300 PPM TLV של אמוניה הינו 25 PPM סביבת עבודה של 100 PPM מסוכנת לעובד עד למצב של סכנה לחיים ולכן טווח של 300 PPM כמקובל בשוק הינו די והותר	הדרישה היא שהתחום לאמוניה יהיה לכל הפחות 0-50 PPM
25	סעיף 26 הצעת המחיר- עמוד 6	אבקש לשנות תחום המדידה ל 0-100 PPM TLV של מימן גופרתי הינו 5 PPM סביבת עבודה של 20 PPM מסוכנת לעובד עד למצב של סכנה לחיים ולכן טווח של 100 PPM כמקובל בשוק הינו די והותר	הדרישה היא שהתחום למימן גופרתי יהיה לכל הפחות 0-50 PPM
26	סעיף 28 הצעת המחיר- עמוד 6	האם יש לספק עמדת כיול אחת לכל הגלאים? או לפי מספר אתרים שקיימים ברשותכם ואז יש לציין כמות מבוקשת.	5 עמדות כיול
27	סעיף 2.3 (א') הצעת המחיר- עמוד 7	אבקש לשנות את ימי אספקה ל 45 ימי עבודה על מנת להימנע מעלויות הטסה מיוחדות במיוחד בתקופת הקורונה	מאושר 30 ימי עבודה
28	סעיף 2.5 ט' (6) הצעת המחיר- עמוד 8	אבקש לשנות לגלאי חלופי כמקובל	הבקשה מתקבלת

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין הנוסח המופיע במסמך זה לנוסח המופיע במכרז, יגבר הנוסח במסמך זה.
המציע יחתום על מסמך זה על ידי מורשה החתימה מטעמו ויצרף אותו להצעתו.

בברכה,
משה חליאווה.
מחלקת מכרזים.
טלפון-9485207-03