



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 213258

יחידה מזמינה: מרפאת אסתטיקה

מהות הרכישה: החלפת שפורפרת לייזר C02 למכשיר ACUPULE

סכום הרכישה מטבע ספק: 79,578 ₪ כולל מע"מ.


ספק פוטנציאלי: אלפאמדיקס


1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 79,578 ₪ כולל מע"מ
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של 36 חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של 93,874 ₪ באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 19.8.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.


דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il


יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:


רון חרותי


ח"ח שירי בן זאב


עו"ד רועי אדרי


אבי בן זקן

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

30.06.21

לכבוד
ועדת רכישות
כאן

אדונים נכבדים

הנדון: תיקון לייזר במרפאה לאסתטיקה

במרפאת אסתטיקה משנת 2012 מותקן מכשיר לייזר CO2. זגם ACUPULSE. מס"ד 14490, S/N 43, יצרן LUMENIS. ספק ALPHAMEDIX. המכשיר משמש לטיפול אסתטיקה בעור. במכשיר התקלקלה שפופרת. מדובר בתקלה רוטינית הקורית בתזירות של 2-4 שנים. כשהפעם האחרונה בה הוחלפה השפופרת היתה לפני 3 שנים (אורך חיים ממוצע של שפופרת הלייזר הוא כ-3 שנים) היות וחב' ALPHAMEDIX היא הנציגה הבלעדית בארץ של היצרן LUMENIS ורק לה יש החלפים המקוריים וידע הנדרש לתיקון - ממליץ לראות בחב' ALPHAMEDIX ספק יחיד לתיקון תקלה זאת.

בברכה,



אנדריי וולקוב,

מהנדס הנדסה רפואית