

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכרטיאל
יחידה מזמינה:	אכ"א ע"ג
תאריך:	26/7/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095087797	QIACUBE CONNECT DEVICE
3	1040021917	CONNECTIVITY PACKAGE B
2	1040021909	STARTER PACK QIACUBE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	אילקס ביוטק
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	512658097
מספר ספק בשיבא	31961
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

12 ביולי 2021
מספרנו: יש/2021-0285
תיק: 1,1225-7004

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: מכון גנטי – מכשיר הפקת DNA תוצרת QIAGENE

המכשיר שבנדון מדגם QIACUBE מס' סידורי 47475 תקול ועלות התיקון עומדת על 51,618 ₪ כולל מע"מ.
עלות מכשיר חדש כ-32,000 יורו + מע"מ.

רצ"ב הצעת חב' אלדן להחלפת המכשיר בעסקת TRADE-IN בעלות של 88,844 ₪ כולל מע"מ אותה יש לממש במלואה.

רצ"ב מכתבה של דר' ליאת גוטשטיין המבהיר כי נבדקו דגמי מכשור נוספים ורק המכשיר מדגם QIACUBE נמצא מתאים לשימוש המכון.

לאור ממצאי הבדיקה ומאחר והצעת חב' אלדן אטרקטיבית וכדאית, יש לממשה על כל המשתמע מכך.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בברכה,
דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: דר' ליאת גוטשטיין
דר' יורם שדמי