

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

13 בספטמבר 2021
מספרנו: מב/2021-0369
תיק: 1130-4, 7007A

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש
בא

הנדון: **מרכז חולי המופיליה – חו"ד לרכישת מכשיר CPM לשיקום הברך.**
דוא"ל מיום 13.9.21

בהתאם לסימוכין, נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות של 1 יח'.

מדובר במכשיר המשמש בפיזיותרפיה להארכת טווחי התנועה של מפרקי הברך והירך המבוסס על תנועה פאסיבית (Continuous passive motion).

בקשת משתמשת הקצה גבי טיקטינסקי בסימוכין הינה לרכישת הדגם K-1 STANDAET מתוצרת חברת ARTROMAT הקיים בשימוש השיקום, ואשר לו יתרונות רבים בהשוואה לדגם המתחרה SPEFTRA מתוצרת KINETEC מהיבט בטיחותי, בטווחי התנועה, ביכולות התרגול ובנוחות התפעול.

להלן יתרונותיו העיקריים של הדגם K-1 STANDAET ההשוואה למכשור המתחרה:

- היפוך תנועה בעת התנגדות
- עלייה הדרגתית בטווח של 15 חזרות (Warm-up).
- העברת המכשיר למצב נוח לנשיאה (מעבר בין מטופלים).
- אפשרות חיטוי (שימוש בח.ג).
- קיום זיכרון לפי פירטי מטופל המאפשר שמירת פרמטרי הטיפול.

לציין כי מדובר בתכונות שהינן מהותיות למשתמש הקצה לצורכי הטיפול. מבדיקה עם חברת "חגי מכשור רפואי", נציגת היצרן KINETEC הוברר כי לחברה אין מענה מקביל לנקודות המתוארות לעיל והנחוצות למשתמש.

לנוכח זאת, יש לראות ביצרן ARTROMAT ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך ולממשה בהתאם להצעת חברת "דין דיאגנוסטיקה" מס' 2039757 הרצ"ב.

על ההזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה בכמות כמקובל.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל כיוולים) בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,

מיטל ביסטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' יורם שדמי
גבי רחל טיקטינסקי
מר חנניה שרון