



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 213282

יחידה מזמינה: מעבדה מיקרוביולוגית

מהות הרכישה: 2 מערכות להכנת ספריית הפקה לזיהוי וריאנטים לוירוס הקורונה

סכום הרכישה מטבע ספק 540,540 כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: דניאל ביוטק

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 540,540 כולל מע"מ.
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של _____ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של _____, באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 3.11.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:

רון חרותי

רו"ח שירי בן זאב

עו"ד רועי אדרי

אבי בן זקן



Biomedical Engineering

הנדסה ביו-רפואית

03 אוקטובר 2021

סימוכין : 06-08

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

הנדון: רכישת 2 מערכת להכנת סיפריות והפקה במעבדת מיקרוביולוגיה לזיהוי וריאנטים לוירוס קורונה – ספק יחיד

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 בית החולים איכילוב התבקש על ידי משרד הבריאות לספק שירותי ריצוף למשרד הבריאות כחלק מהמאמץ הלאומי לריצוף נגיף הקורונה. הבקשה הייתה לעמוד בלוחות זמנים קצרים ככל הניתן. ראשית דבר, יוטעם כי שני המרכזים הלאומיים האחרים בארץ לעניין מתן שירותי ריצוף גנטי הינם ביה"ח שמיר וכן המעבדה הארצית לנגיפים בביה"ח תל השומר ובשניהם משתמשים בריאגנטים של חברת ILLUMINA במכשור של חברת Hamilton לצורך הכנת ספריות. עוד יוסף, כי נוכח מגפת הקורונה, ובהמשך לדרישת משרד הבריאות, נוצר צורך אקוטי ומידי לריצוף גנטי של קורונה.

1. רק הפתרון של חברת ILLUMINA באמצעות המשוק הבלעדי של החברה: חברת דניאל ביוטק, הכולל מכשור של חברת Hamilton שעל גביו מופעלים ריאגנטים של ILLUMINA, עבר בישראל הליך תיקוף (וולידציה) ע"י משרד הבריאות.
2. רק הפתרון של חברת ILLUMINA באמצעות המשוק הבלעדי של החברה: חברת דניאל ביוטק, הכולל מכשור של חברת Hamilton שעל גביו מופעלים קיטים של ILLUMINA, מבוצע הלכה למעשה בישראל בשני המרכזים הלאומיים לריצוף גנטי, כפי שפורטו לעיל, מה שגוזר את הצורך בשמירה על אחדות וסטנדרטיזציה בהליכי הריצוף הללו גם במרת"א.
3. נוכח הרצון לאפשר את הפתרון המהיר ביותר עבור ריצוף גנטי במסגרת הטיפול במגפת הקורונה, רק לחברת ILLUMINA באמצעות המשוק הבלעדי של החברה: חברת דניאל ביוטק היכולת להציע פתרון מקיף תוך שבוע ימים הכולל גם מכשור שכבר נוסה בישראל והתגלה כמתאים ביותר (Hamilton), שגם ניתן להתקנו, להטמיעו ולהפעיל על גביו ריאגנטים של חברת ILLUMINA שכבר נוסו בישראל והתגלו כמתאימים יותר.

טל': 03-6973208 | פקס: 03-6973440

טל': *8801 | רח' ויצמן 6, תל אביב, 6423906 Tel Aviv, Weizman St. 6



Biomedical Engineering

הנדסה ביו-רפואית

לאור נתונים אלו, ממליץ לרכוש באופן מיידי 2 מערכות להכנת ספריות והפקה מדגם NGS STAR 96 מערכות אלו ישמשו להכנת ספריות לריצוף גנומי ולזיהוי וריאנטים חדשים של נגיף קורונה. למכשירים קיימים אישורי אמ"ר ו CE כנדרש ונתנו שנתיים אחריות.

מבדיקה שנעשתה והתייעצות עם מומחים בתחום ובשל הדחיפות נמצא כי חברת דניאל ביוטק הינה החברה היחידה שקיימים לה במלאי מערכות אלו. כמו כן מערכת זו להכנת ספריות לפרוטוקול ריצוף COVID-SEQ תחת אישור ILLUMINA ולה ניסיון עשיר עם תפוקות גבוהות בארץ ובעולם המערכת נבדקה ונמצאה אמינה ומתאימה.

על יסוד כלל המפורט לעיל, הנני ממליץ להתקשר עם חברת דניאל ביוטק בהליך פטור ממכרז של ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993. יש לראות בחברת דניאל ביוטק ספק יחיד למקרה זה. על כן, ממליץ לרכוש 2 מערכות אלו תוצרת חברת Hamilton - (סוכן: דניאל ביוטק) לפי הצעות המחיר הרצ"ב- מס' HAM 21Q07294 (מערכת זו כוללת תוספת מכשיר PCR בתוכה) ו HAM 21Q07295 מה 16.08.21.

בברכה,
דוד דקל
ראש תחום מעבדות ודיאליזה
הנדסה ביו-רפואית