

17 ספטמבר 2021

לכבוד:
וועדת המכרזים
המרכז הרפואי ברזילי

הנדון: ספק יחיד לשדרוג ה-MRI

1. לאור רצונה של הנהלת המרכז הרפואי ברזילי לשפר את יכולות מכשיר ה-MRI בבית החולים, במקביל לרצון להימנע מהוצאה כלכלית לא נדרשת, נבחנה אפשרות לשדרג את מכשיר ה-MRI המצוי במרכז הרפואי ברזילי.
2. התקבלה הצעת שדרוג של מכשיר נוכחי מטעם חברת פיליפס.
3. מדובר בהצעה שעלותה הינה
4. בשדרוג אנו מקבלים את המכשיר הקיים עם החלפת של מספר רכיבים מרכזיים חיוניים. מדובר בעלות של כ-66% אחוזים מרכישת מכשיר חדש בשוק.
5. הריני מאשר שהשדרוג המוצע והמפורט המצ"ב, מתאים לצרכי ביה"ח ולציפיות ודרישות מכון הרנטגן.
6. לאחר שקלול כל החלופות, ביניהן רכישת מכשיר חדש, מכל הטעמים שפורטו, חלופת השדרוג הינה המתבקשת והמיטבית הן מבחינה קלינית והן מבחינה טכנית לטווח ארוך, שכן נכללים בה שנתיים אחריות המבטיחה רצף ותקינות לאורך זמן. יצוין כי אין אפשרות טכנית לשדרוג המערכת ע"י ספק אחר, שכן חברת פיליפס הינה הספק המקורי של המכשיר.
7. היתרונות:
 - (1) זמן השבתת MRI קצר ביותר
 - (2) מערכת ללא הליום: יתרונות בתחזוקה באחזקה
 - (3) חוסך זמן לימוד הפעלה ולימוד המערכת ע"י הקלינאים
 - (4) הטכנולוגיה החדשנית ביותר הקיימת כיום.
8. מצ"ב חוות דעת מטעם חברת פיליפס אודות הרכיבים הנשארים במכשיר להמשך שימוש.

בברכה,
ד"ר חיים ארמא
מנהל הנדסה רפואית.

