

04 אוקטובר 2021

לכבוד :

ספקים המשתתפים במכרז

שלום רב,

**הנדון : מכרז לאספקת ריצוף אקסום לבי"ח שיבא, תל- השומר- הבהרה**  
(מכרז מס' 12199475)

1. בתאריך 13/09/2021 פורסם מכרז מס' 12199475 לאספקת שירותי ריצוף אקסום לבית החולים שיבא תל-השומר מטעם היחידה לגנומיקה קלינית.
2. במפרט תנאי הסף, בסעיף 3.2 נרשמה הדרישה :  
"3.2. קריאות הריצוף (reads) צריכות לעמוד בתנאים להלן : PAIRED END באורך 150 בסיסים לפחות."  
הדרישה שונתה כדלקמן ולהלן הנוסח החדש :  
"3.2. קריאות הריצוף (reads) צריכות לעמוד בתנאים להלן : PAIRED END באורך 100 בסיסים לפחות."
3. ביתר פרטי המכרז אין שינוי.

בברכה,

הלה עוקשי  
מנהלת ענף מכרזי ציוד.