

## תשובות לשאלות- מכרז 12199475-

### מכרז לאספקת ריצוף אקסום לבי"ח שיבא, תל- השומר

מס"ד	מס' סעיף במכרז	שאלה	תשובה
1	1.3	נבקשכם לאשר כי העברת הנתונים באמצעות מערכת Basespace של חברת אילומינה עונה על תנאי הסעיף.	אין מניעה מלהשתמש במערכת basespace של אילומינה כפלטפורמה להעברת קבצי הריצוף.
2	3.1	הסעיף מגדיר כי "על מעבדת הריצוף לעמוד בתקן CLIA". כיוון שאין דרישה כזו של משרד הבריאות ממעבדות קליניות ישראליות, נבקשם להבהיר כי מעבדה ישראלית המגישה הצעה למכרז זה תהיה מעבדה קלינית, מאושרת משרד הבריאות לביצוע בדיקות אקסום וכי הגשת אישור משרד הבריאות לעניין זה תענה על הדרישה בסעיף זה, מבלי שיהיה צורך באישור CLIA.	מעבדה שמאושרת ע"י משרד הבריאות הישראלי לריצוף אקסום רשאית לגשת למכרז למרות העדר תעודת CLIA .
2	3.1	משרד הבריאות מאשר מעבדות בחו"ל שיש להן אישור CLIA או ISO 15189 . נבקש שעבור מעבדות בחו"ל הדרישה תהיה אישור CLIA או ISO 15189.	מעבדה שמאושרת ע"י משרד הבריאות הישראלי לריצוף אקסום רשאית לגשת למכרז למרות העדר תעודת CLIA .
3	3.1	על פי הנחיות משרד הבריאות – בדיקות גנטיות שניתן לבצען בישראל יבוצעו בישראל אלא אם כן אישר הממונה במשרד הבריאות את שליחתן לחו"ל. נבקש את הבהרתכם שהבדיקות נשוא מכרז זה יבוצעו רק	הנחיות משרד הבריאות נוגעות רק לבדיקות שהן במימונו. הבדיקות הנוגעות למכרז זה הן במימון פרטי בלבד.

	בישראל, או לחילופין – שבית החולים קיבל את אישור משרד הבריאות לביצוע הבדיקות בחו"ל.		
הזמן המוגדר נשאר כפי שנכתב במכרז (10 ימי עסקים)	הסעיף קובע כי זמן החזרת תוצאות הריצוף של דוגמאות רגילות לא יעלה על 10 ימי עסקים מיום איסוף הדוגמאות (לא כולל יום האיסוף). נבקש כי יוגדר שזמן החזרת תוצאות הריצוף של דוגמאות רגילות לא יעלה על 20 ימי עסקים מיום איסוף הדוגמאות (לא כולל יום האיסוף).	3.4	4
הזמן המוגדר נשאר כפי שנכתב במכרז (5 ימי עסקים)	הסעיף קובע כי דוגמאות דחופות הן אלה שזמן החזרת תוצאות הריצוף שלהן לא יעלה על 5 ימי עסקים (לא כולל יום האיסוף). נבקש כי יוגדר שזמן החזרת תוצאות הריצוף של דוגמאות דחופות לא יעלה על 15 ימי עסקים מיום איסוף הדוגמאות (לא כולל יום האיסוף).	3.5	5
איזורים הסמוכים לאקסונים (שאינן מוגדרים בתוך איזורי המטרה) יוגדרו כ- +10 עד -50 בסיסים מקצוות האקסונים, בהתאמה)	הסעיף אומר: " תינתן עדיפות לעומק ריצוף ממוצע גבוה באזורים הסמוכים לאקסונים". נבקשם להגדיר את גבולות "האזורים הסמוכים לאקסום" שימשו למתן ניקוד על סעיף זה.	4.1	6
כל עוד תשמר העקביות של מתן הריצוף ממעבדה קבועה אחת. לא יתאפשר לרצף בשני מקומות שונים או יותר לסירוגין.	נבקש כי תאשרו שמציע במכרז יוכל לבצע את הריצוף המבוקש במעבדתו בישראל או במעבדה בחו"ל, לפי שיקול דעתו, ובלבד ששתי המעבדות עומדות בקריטריונים שהוצבו במכרז.	ללא סעיף	7

תשובה	שאלה	מס' סעיף במכרז	מס"ד
<p>מעבדה שמאושרת ע"י משרד הבריאות הישראלי לריצוף אקסום רשאית לגשת למכרז למרות העדר תעודת CLIA .</p>	<p>בסעיף כתוב: "על מעבדת הריצוף לעמוד בתקן CLIA" האם הכוונה שלמעבדת המציע צריכה להיות אסמכה CLIA או שביצוע הריצוף צריך להיות מבוצע ע"פ הדרישות בתקן CLIA . למעבדה שלנו יש אסמכה ISO15189 מטעם הרשות להסמכת מעבדות לריצוף אקסומים ופאנלים של גנים בטכנולוגיה של NGS . האם המעבדה עומדת בדרישת הסף של סעיף זה?</p>	3.1	8