

## אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 213303

יחידה מזמינה: מערך ההרדמה

מהות הרכישה: רכישת 3 להבים לוידאורינגוסקופים עבור מערך ההרדמה

סכום הרכישה מטבע ספק: \$ 19,305 כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: תרופארם

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 19,305 \$ ללא מע"מ.
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של \_\_\_\_\_ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של \_\_\_\_\_, באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% מהיקף ההתקשרות השנתית. <sup>100%</sup>
4. הוועדה התכנסה בתאריך 10.7.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

דוא"ל להגשת השגות: [tenders@tlvmc.gov.il](mailto:tenders@tlvmc.gov.il)

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:

  
רון חרותי

  
רונית שור בן זאב

  
עו"ד רועי אדרי

  
אבי בן זקון

12.09.2021

לכבוד:  
רכש  
כאן

### הנדון : רכישת להבים לוידאולרינגוסקופ לאינטונציות קשות

במחלקה הרדמה ישנם בשימוש לאינטונציות קשות, מערכות וידאו-לרינגוסקופיה שנרכשו בשנים האחרונות. למערכות להבים למבוגרים. מהדגם TITANIUM ישנם 2 מכשירים שלכל אחד היו 2 להבים בשני מידות, T3 ו-T4. הלהבים נחוצים כדי לעשות אינטובציות. לפני כשנה התקלקל להב T4 ולא נרכש. עכשיו התקלקלו עוד 2 להבים T3 ו-T4 ולכן לשני המכשירים ישנו רק להב אחד T3. הלהבים ספציפיים למכשירים הקיימים ולא ניתן לרכוש את הפריט מיצרן אחר או מספק אחר הפריט ייחודי ותרופארם ספק בלעדי של המכשירים עם כל המרכיבים ממליץ לרכוש בדחיפות 2 להבים T4 ולהב אחד T3, תוצרת VERATHONE, ספק תרופארם.

בברכה  
דורון לאקה  
ראש מדור ח.נ. והנשמה

דורון לאקה  
כ. מנהל חנדסה רפואית  
מרכז רפואי איכילוב ת"א