



## אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 213304

יחידה מזמינה: מעבדה מיקרוביולוגיה

מהות הרכישה: מכשיר PCR עבור המעי למיקרוביולוגיה

סכום הרכישה מטבע ספק: \$ 29,250 כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: מעבדות חי

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 12 חודשים הינו 29,250 \$ כולל מע"מ
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של \_\_\_\_\_ חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של \_\_\_\_\_, באופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 4.10.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

דוא"ל להגשת השגות: [tenders@tlvmc.gov.il](mailto:tenders@tlvmc.gov.il)

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימות המאשרים:

רון חרותי

רון חרותי בן זאב

עו"ד רועי אדרי

אבי בן-זורן



Biomedical Engineering

הנדסה ביו-רפואית

20 בספטמבר 2021

סימוכין: 06-09

לכבוד  
וועדת רכישות  
כאן

**הנדון: רכישת מכשיר REAL TIME PCR עבור המעבדה לריצוף גנטי  
(המעבדה למיקרוביולוגיה) – ספק יחיד**

עקב מגפת הקורונה והתפשטותה המחודשת בארץ נדרש לרכוש באופן מיידי מכשיר REAL TIME PCR עם 96 באריות מדגם: CFX96 מדובר על מכשיר עם 5 ערוצים. המתאים לביצוע מבחנים כמותיים בו זמנית ואשר אינו מחייב color compensation או passive reference colors. המכשיר מתאים לעבודה עם טסטים מסחריים בחמישה ערוצים ובעיקר להתאים לטסטים לאבחון ואריינטים של נגיף הקורונה. בהתאם לדרישות משה"ב.. למכשיר קיים אישור אמ"ר המבוסס על אישור CE כנדרש ונתנו שנתיים אחריות .  
מבדיקות שערכנו ( התייעצות עם מומחים, שיחות עם ספקים, חיפוש באינטרנט )מתברר שרק לחברת מעבדות חי ישנו מכשיר ייחודי התואם את דרישות המעבדה המפורטות למעלה – מכשיר תוצרת חברת BIO RAD ( ספק : מעבדות חי ) לדעתי מדובר בצידוד ייחודי, ולכן, לאור נתונים אלה, יש לראות בחברת מעבדות חי ספק יחיד למקרה זה. ממליץ לרכוש מכשיר זה תוצרת חברת BIO-RAD - (סוכן : מעבדות חי )  
. המכשיר מתאים לדרישות המעבדה עם ניסיון רב בבית החולים בארץ ובעולם, שירות הספק טוב מאוד .

בברכה,  
דוד דקל  
ראש תחום מעבדות ודיאליזה  
הנדסה ביו-רפואית

טל': 03-6973208 | פקס: 03-6973440