

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאה
יחידה מזמינה:	א.ו. ארכי. נמו. 108
תאריך:	13/10/21

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1098044225	TPS BI-DIRECTIONAL FOOTSWICH
5	1098044191	CORE OSC SAW IRR.CLIP
4	1098044175	CORE RECIP SAW IRR.CLIP
1	1095088183	CORE 2 CONSOLE
6	1040022295	CORE IRRIGATION CASSETTE
3	1040022287	MICRO DRILL IRRIGATION CLIP

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין      \_\_\_\_\_ שירותים      \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	א.מ.י טכנולוגיות
----------	------------------



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

4 באוקטובר 2021  
מספרנו: יש/2021-0397  
תיק: 1141, 1017

ד ת ו נ

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' רכש

הנדון: ח.ג. מרכז/פה ולסת – חו"ד לרכישת יח' הנעה/הפעלה/בקרה (קונסולות) תוצרת STRYKER

דוא"ל דר' יהלום מיום 3.10.2021 ומיום 4.10.21  
דוא"ל גבי לירון דניאלי מיום 3.10.2021

בשימוש ח.ג. פה ולסת מע' ניסור וקידוח תוצרת STRYKER.

עקב בלאי במנועים הוחלט בשנת 2020 להחליפם.  
בפועל הוחלפו מנועי מסור, קידוח ואמצעי הפעלתם (ידיות ודוושות) כאשר מדובר על 3 מערכות (חו"ד שלנו  
0465-2020 מיום 19.10.2020).  
הקונסולות לא הוחלפו מאחר ולא היה צורך בכך.

בסימוכין מבהיר עתה דר' יהלום כי עקב בלאי מואץ אין עתה יכולת שימוש בקונסולות בביצוע הנדרש (כגון חיתוך  
עצם).

בבדיקה הובהר כי דגם הקונסולות הינו TPS (שהינו דגם מלפני 15 שנים הקודם לסידרת CORE הקיימת) ללא מע'  
שטיפה וללא תמיכת יצרן כלשהי.

דגם CORE 1 ייצורו הופסק ועתה משווק רק דגם CORE 2 (סידרה חדשה לזו הקיימת בפה ולסת).

הדגם העדכני (CORE 2) מאפשר חיבור בו זמנית של 3 מנועים, 2 דוושות, מע' שטיפה ויכולת שליטה ובקרה  
מצויינת ומדוייקת על תאוצה, תאווה, מומנטים.

כל המכשור על כל מרכיביו הינו ייעודי ליצרן STRYKER ולא ניתן לשלבו עם יצרנים אחרים.

רצ"ב הצעת חב' אמי טכנולוגיות אותה יש לממש על כל סעיפיה ובכמות המצויינת על מנת לתת מענה תחליף  
למערכות הקיימות:

א. קונסולה דגם CORE 2

ב. דוושה

ג. פריטים 3, 4, 5 הינם מתאמים לשטיפה עבור 3 סוגי המנועים שנרכשו בשנת 2020

ד. קסטה פלסטית המוכנסת לקונסולה ומחוברת באמצעות זוג צנרות לשקית saline ולמתאם השטיפה.

מאחר וכאמור אין יכולת פעילות בקונסולות הקיימות (סימוכין א') נדרשת חלופה מיידית באמצעות Trade-in עם  
הקיים.

מאחר ואין יכולת לצרף יצרן חלופי למנועים הקיימים (החדשים) מחוייב לרכוש הקונסולות על כל מרכיביו מיצרן  
המנועים חב' STRYKER על מנת להבטיח אינטגרציה מלאה ומושלמת ועל מנת לאפשר ביצוע הניתוחים בדיוק  
ובאיכות הנדרשת.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

ניתן לראות לפיכך ביצרן STRYKER ספק בלעדי על כל המשתמע מכך.

תינתן תקופת אחריות של שנתיים על כל מרכיבי הקונסולות. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

תסופק ספרות שרות והפעלה.

בברכה,  
ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר

העתקים : דר' דינה אורקין  
דר' רן יהלום  
דר' יורם שדמי  
גב' לירון דניאלי