

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאה
יחידה מזמינה:	בינה סינואי / פוסא =
תאריך:	5/9/21

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1106015002	STORZ ARTHROSCOPE PLASTIC CONTAINER
1	1094648375	LARYNGO. PHARYNGOSCOPE NASO-11001RD

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ברסלוער
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511053118
מספר ספק בשיבא	1089
ספק זה הינו:	_____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד
אומדן / שווי ההתקשרות:	15,483 יורו+מע"מ
	_____ ספק חוץ

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

30 באוגוסט 2021
מספרנו: יש/2021-0362
תיק: 11-1130, 6500

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: ביה"ח השיקומי/מרפאת בליעה – חוו"ד לרכישת לרינגו-פרינגוסקופ

א. דוא"ל מר ראובן בן-אלי רוך מיום 29.8.2021
ב. מענה חברת גטר מיום 30.6.2021

1. בהמשך לסימוכין יש לרכוש המכשיר הנ"ל בכמות של 1 יח'.
 2. נדרש לרינגוסקופ גמיש הכולל כבל פיבראופטי, תעלת עבודה וקוטר מקסימלי של 3.5mm.
 3. מצורפת הצעת מחיר 67514 של חברת ברסלויער לרינגוסקופ גמיש תוצרת STORZ. יש לממש ההצעה במלואה.
 4. במחלקה מגדל תוצרת STORZ אליו יכולים להתחבר אנדוסקופים תוצרת PENTAX או STORZ. חברת גטר המייצגת את חב' PENTAX עדכנה בסימוכין ב' כי אין לחברת PENTAX מענה מתאים. בהתאם לכך ניתן לראות בחב' STORZ ספק יחיד לרכישה.
יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה.
- תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים. תקופת האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: ד"ר יורם שדמי
מר רוך בן אלי