

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	(רביא)
יחידה מזמינה:	ביהמ נא / 88 / 000
תאריך:	2/10/21

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095059168	PUMP SYRINGE-ASENA GH IV80023UN01-G
1	1095057915	+ PUMP VOLUMETRIC INFUSION-ASENA GP

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	בקטלאב דיאגנוסטיקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511563744
מספר ספק בשיבא	1291
ספק זה הינו:	ספק יחיד ✓ _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$38,800 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

27 בספטמבר 2021  
מספרנו: יש/0386-2021  
תיק: 1-1111

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' הרכש

הנדון: בי"ח כללי/רכש רפואי 2021 - חו"ד לרכישת משאבות עירווי נפחיות

דוא"ל מיום 26.9.2021

בהמשך לסימוכין יש לרכוש המכשור הנדון בכמות של 8 יח' בהתפלגות הבאה:

4 יח' לפנימיות  
4 יח' לכירורגיות

משאבות עירווי נפחיות הנפוצות ביותר בבית החולים מדגם ASENA GP PLUS תוצרת BD (ALARIS).

דגם זה מספק את המענה המתאים ביותר לדרישות העירווי מהיבט קליני, מהיבט הסיעוד וכן מהיבט ניהול הסיכונים ובטיחות הטיפול. בנוסף, צוותי בית החולים עוברים באופן רציף הדרכות נרחבות לשימוש נכון ובטיחותי, כולל השימוש וההתאמה של הסטים, ללא תלות במחלקה הספציפית או המשתמש הנקודתי.

המכשור מתוצרת BD (ALARIS) נמצא המתאים ביותר לשימוש באספקט בטיחות חולה בדגש על שימוש בפרוטוקולים והצגת הנתונים הקריטיים על המסך, ובהתייחסות ללחצנים ברורים ורחוקים זה מזה ולבהירות ההצגה של התרופה והמינון (פרמטר מרכזי במיוחד במקרים של שימוש במספר רב של משאבות עירווי בו זמנית).

בהתייחסות לתוכנה וממשק המשתמש, מדובר במכשור מתקדם מבחינת פרוטוקולים וספריית תרופות אשר מתאים ליישום לתרופות קיימות ולתרופות חדשות תוך מתן מענה למגוון הצרכים הקליניים של ביה"ח, בדגש על טיפול במטופלים קשים ומורכבים.

קיימת חשיבות קריטית לשמירה על אחידות ציוד העירווי מטעמי בטיחות חולה, וזאת מתוך הסתכלות כוללת על מערך מכשור העירווי בבית החולים כתחום חוצה מחלקות ונושאים קליניים.

לפיכך יש לרכוש הכמות הנדרשת מדגם ASENA GH PLUS תוצרת ALARIS, המיוצגת ע"י חב' BD ישראל.

הערה: הצעת מחיר טרם התקבלה (עלות משאבה ברשותך מרכישה של הימים האחרונים).  
עלות קיבוע חלק מהמשאבות ע"ג קיר יינתן לאחר סיום בדיקת היתכנות.

בברכה,  
ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתיקים: ד"ר יורם שדמי  
גב' אורנה רחמינוב