



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 202984

יחידה מזמינה: כלל המערך

מהות הרכישה: ציוד נצרך לניקוז

סכום הרכישה מטבע ספק: \$ 270,000 כולל מע"מ.

ספק פוטנציאלי: ביומטריקס

1. תקופת ההתקשרות היא ל- 24 חודשים והיקף ההתקשרות ל- 24 חודשים הינו \$ 270,000 (כולל מע"מ)
2. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את ההתקשרות עד לתקופה של 36 חודשים, באופן מצטבר, ובהתאמה להגדיל את שווי ההתקשרות עד לסך של \$ 405,000, מאופן מצטבר.
3. למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות להקטין או להגדיל את ההתקשרות בשיעור של עד 30% מהיקף ההתקשרות השנתית.
4. הוועדה התכנסה בתאריך 2.11.21 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il

יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:

רון חרתי

יו"ח שירן בן זאב

עו"ד רועי אדרי

אבי בן זיו

26.10.21

לכבוד : וועדת רכש

הנידון: ציוד ניקוז מתכלה-מחלקת ניתוחי לב.

שלום רב,

אנו מעונינים להמשיך לרכוש את הפרטים הנ"ל:
הפריט הראשון :

Underwater Bottle Trip.Drain 800cc Plural.sy (9999013827)

מדובר בסט ייעודי לניקוז לאחר ניתוח לב , הכולל שתי עמודות ניקוז נפרדות אחת מהשניה, לצורך הבדלה והערכת כמות הדם מהחללים השונים המנוקזים (פלאורה ימנית + שמאלית+ מדיאסטינום), כמו כן הערכת דליפת אויר (אם קיימת) מהחלל הפלאורלי.

יתרונות הסט :

ניתן לנקז שני חללים בבקבוק אחד , תו"כ הערכה מדויקת של דליפת אויר ודימום , שהם נתונים קריטיים ביותר בשעות פוסט-אופרטיביות מיידיות לצורך החלטה האם יש צורך בניתוח דחוף חוזר לעצירת דימומים .

זהו פריט מתכלה יעודי למכשור הקיים בבית חולים , רק הפריט של החברה הספציפית יכול לעבוד עם המכשיר הקיים.

הפריט השני:

Bottle Biovac P.V 400CC L\L Connector (9999025468)

מדובר בבקבוקונים ייעודיים לצורך ניקוז תפליטים פלאורליים גדולים בסטריליות מירבית ובמהירות.

יתרונות הסט:

מתאים מאד לניקוז של תפליטים פלאורליים גדולים, בזמן קצר.
תפליטים פלאורליים אלו הנוצרים לעיתים תכופות לאחר ניתוחי לב , גורמים לקוצ"נ והגבלת התפשטות הריאה.

בקבוקונים אלו (מגיעים עם וואקום), בעלי חיבור מיוחד המתאים לסט ניקוז עם מחט בקוטר גדול יותר (מקצר את זמן הפעולה ואת סבל החולה). כמו כן, יכולת לבצע את הפעולה בסטריליות מירבית.

זהו פריט מתכלה יעודי למכשור הקיים בבית חולים ורק הפריט של החברה הזו יכול להתחבר למשור הקיים.

הפריט השלישי:

Bulb Reservoir 150ML w.10mm Flat Drain Full

מדובר בסט ייעודי של נקז שמשאירים לאחר גיוס וריד הספנה באתר הניתוח. זהו פריט מתכלה יעודי למכשור הקיים בבית חולים ורק הפריט של החברה הזו יכול להתחבר למכשיר קיים.

תודה מראש!

עמית גורדון

ד"ר עמית גורדון
מנהל מחלקה