



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	השירותים להגנת הצומח ולביקורת
יחידה מזמינה:	
תאריך:	23.1.22

אל: ועדת המכרזים
הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
רכישת מחוללי מימן למעבדות כימיה

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

- טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	אלדן
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	ח.פ. 510848690
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	140,198 ש"ח
תקופת ההתקשרות:	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר הוראה: 7.8.2

פרק משני: פטור ממכרז

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות:

בשירותים להגנת הצומח ולבקורת ישנם 2 מעבדות - המעבדה לשאריות חומרי הדברה והמעבדה לתכשירי הדברה, במעבדות אלו נמצאים כ- 5 מכשירים מדעיים מקצועיים, וכן מכשיר נוסף במעבדת אבחון, מכשירים אלו צורכים לטובת פעילותם גזים שונים ובניהם גז מימן שנחשב לגז נפיץ, כיום אנו משתמשים בגז מימן שנצרך מחוות גזים שנמצאת בסמוך לבניין הגה"צ.

התהליך של מערכת גזים: הזמנת הגז, הובלת גז, בטיחות, במידה וישנה פעילות של ירי מעזה אנו מחוייבים לפנות את הגז למקום אחסון אצל הספק, והחזרת הפעילות של המעבדה נמשכת זמן רב מכיוון שהמכשירים מורכבים והתחזוקה גוזלת זמן, אספקת הגז למכשירים מתארכת, וזוהי פעילות קריטית הגז נפיץ ונחשב למסוכן ביותר.

לאחר בדיקה מעמיקה שנערכה, האגפים החליטו להחליף את בלוני המימן במחוללי מימן שזה הפתרון הטוב למעבדת כימיה אנליטית למעבדת אבחון הן מהפן הבטיחותי והן מהפן הכלכלי.

במחוללי מימן משתמשים במים מזוקקים כמקור לגז, המימן ברמה גבוהה ובכמות המשוחררת לחלל העבודה בלחצים מתאימים לאופן העבודה ולא מעבר, שנותנים רף בטיחות גבוהה לעומת שימוש בבלוני גז מימן שמסוכנים.

שימוש במחוללי מימן יבטלו את הצורך בבלוני מימן שנמצאים מחוץ לבניין הגנת הצומח ובצנרת שמובילה את גז המימן בין הבלונים לחדר המכשירים וכאן נחסכת העלות של קניית בלוני מימן.

מעבר לכך, בעבר התבקשנו להוציא את בלוני המימן במקרה של אירועים בטחונים ושריפה, וזה עצר את העבודה במכשירים לתקופה, מה השבית העבודה במעבדה.

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר הוראה: 7.8.2

פרק משני: פטור ממכרז

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

מחוללי מימן ימנעו את הצורך בבלונים ובסכנה שהם מהווים במקרה של אירוע בטחוני. חב' אלדן הינה הנציג היחיד של AGILENT למתן שירות למכשירי GC, חב' אלדן תספק את מחוללי המימן וכן תפעל לחיבור המחוללים למכשירים ובדיקת תקינותם. אלדן היא החברה היחידה שלה אנשים שהוכשרו על ידי היצרן ויש להם גישה למערכת התמיכה ולמקורות המידע של היצרן ומאפשרים להם להתמודד גם עם תקלות מורכבות, רק אלדן מקבלת התרעות בטיחות בשימוש במכשירים במקרה שמתגלה תקלה.

בקשת היחידה מעמנו הנה לאשר התקשרות עם חב' אלדן לרכישת 3 מערכות מחוללי מימן בסכום כולל של 140,198 ש"ח כולל מע"מ.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר אירה גילרמן	מנהלת המעבדה לתכשירי הדברה	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה