

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מחלקת אור
תאריך:	7/2/22

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095088738	VISIONMED D200EVO CAMERA & SOFTWARE BUNDLE
1	1095088720	INTELLISTUDIO2 DERMAGRAPHIX WITH D200EVO

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	צמל B2
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	513519991
מספר ספק בשיבא	23164
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$70,830 + מע"מ



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

27 בינואר 2022
מספרנו: מוב/2022-0022
תיק: 1126-1, 5011

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש
כ א 1

הנדון: מח' עור – חוו"ד לרכישת מערכות צילום למיפוי דיגיטלי של שומות.

- א. תכתובת מיום 4.10.21
ב. אישור מע' מידע מיום 3.1.22

בהמשך לסימוכין, למרפאה במח' עור המספקת שירותי מיפוי שומות, נדרשת רכישה של מערכות צילום מתקדמות ייעודיות למיפוי שומות, לצורך החלפת שיטה העבודה הקיימת של צילום ע"י איש צוות והעלאת התמונה לבסיס נתונים.

להלן פירוט המכשור הנדרש:

א. דרמטוסקופ דיגיטלי שהינו מצלמת וידאו לביצוע צילומי מיקרו של נגעים עוריים עד פי 10. צילום זה ממופה לתוך הצילום הכלל גופי (יתואר בסעיף ב') ומאפשר מעקב דרמטוסקופי (short term dermatoscopic monitoring) אחר נגעים חשודים.
לחברת CANDIELD ארה"ב, דרמטוסקופ מדגם VISIOMED D-200 אשר יתרונו המוחלט על פני יצרנים אחרים ביכולת הסנכרון עם מערכת הצילום הכלל גופי IntelStudio2 ועם מסד הנתונים שלה.

ב. מערכת צילום כלל גופי IntelStudio2 המאפשרת צילום כלל עורי לאיתור שינוי בנגעים לאורך זמן תוך שימוש במסד הנתונים הזהה למצלמת הווידאו VISIOMED D-200 (המובנת בו), המאפשר מיפוי כל הנגעים שעברו צילומים דרמטוסקופיים לצילום הכלל גופי של המטופל.
פעילות זו מאפשרת זיהוי מדויק של הנגע בבדיקות חוזרות ובבדיקות חוזרות בהתאם לצורך.

ייחודיות המוצע ע"י היצרן CANDIELD הינו במסד נתונים המשולב לשני המכשירים – תכונה ייחודית שאינה קיימת ליצרנים.

בנוסף, קיימת יכולת העברת ה- Data Base הצבור למערכת החדשה המוצעת ע"י חברת CANDIELD ולסנכרון עמה.

מהנימוקים המתוארים לעיל, יש לראות ביצרן CANDIELD ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

רצ"ב הצעת מחיר מס' OF21400312 שניתנה ע"י חברת "צמל", אותה יש לממש במלואה.
ההצעה כוללת:

- פריט 1 – מערכת צילום ממחושבת דגם IntelStudio2 עם דרמטוסקופ VISIOMED D-200 אינטגרלי.
- פריט 2 – דרמטוסקופ דיגיטלי דגם VISIOMED D-200 בכמות של 2 יח'. כל דרמטוסקופ יחובר למחשב PC מתאים של ביה"ח אשר עליו יותקן רישיון תוכנה.
- בנוסף יסופקו שני רישיונות לעמדות מחשב נוספות (לשימוש בהמשך לפי צורך).

הבהרה: הקונפיגורציה המוצעת נבדקה ואושרה ע"י יח' מערכות מידע לחיבור לרשת שיבא, בהתאם לסימוכין ב'.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



שיבא
תל השומר
עיר הבריאות של ישראל

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

הערות:

על התקנת המערכות להתבצע בתיאום וליווי נציג יחי מערכות מידע.

על ההזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה כמקובל

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,

מיטל בלסטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' אביב ברזילי
דר' נדב אסטמן
מר שימי ארנסט
מר איתמר אדות