

22 פברואר 2022

לכבוד :

ספקים המשתתפים במכרז

שלום רב,

הנדון : מכרז מס' 12299106 מכשירי רישום א.ק.ג. וקישורם למע' המידע בשיבא- עדכון

1. סעיף ד'3' בנספח ב' : – המציע יתאר את היכולות לשידור חוזר של בדיקות (מן המכשיר וממערכת הביניים) :
- שידור חוזר פרטני בעקבות טעות בנתונים ששודרו
- שידור **אוטומטי** של בדיקות שהצטברו אחרי תקלה במערכת הקולטת או תקלת תקשורת.
2. תיקון טעות בהפניה מסעיף 6 בנספח ב' לסעיף 3.2 – ההפניה הנכונה הינה לסעיף 2 (ממשקי זיהוי).
3. ביתר פרטי המכרז אין שינוי.

בברכה,

הלה עוקשי
מנהלת ענף מכרזי ציוד.