

מכרז מס' 12299164

הנדון : אפיון טכני - ארונית ליד מיטת אשפוז הכוללת מגש אוכל

עבור ביה"ח שיבא

שם המציע: _____

שם הדגם: _____

שם היצרן: _____

יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים, התייחסות למפרט הטכני, כמו כן יש לצרף פרוספקט עם ספציפיקציות של ארונית. יש לציין אופציות לצבע של ארונית – לבחירת ביה"ח שיבא.

א. מפרט הטכני:

פירוט לגבי הדגם המוצע	תנאי סף	תחונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – ארונית ליד מיטת אשפוז
			1. אישורי תקינה:
	תנאי סף		1.1 אישור CE או FDA
	תנאי סף		1.2 ISO 13485/9001 של יצרן
			2. שלד הארונית:
	תנאי סף	נא לציין סוג החומר	2.1 עשוי מחומר קשיח בלתי מחליד או אלומיניום אנודייז
	תנאי סף		2.1.1 חלקים עשויים מתכת צבועים בצבע אפוקסי בתנור

פירוט לגבי הדגם המוצע	תנאי סף	תחונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – ארונית ליד מיטת אשפוז
	תנאי סף		2.2 בסיס הארונית עשוי מפרופיל ברזל או אלומיניום
		נא לציין מה קיים	2.2.1 בסיס כולל הגנה היקפית או בפינות, עשויה מחומר פלסטי מונע בעירה
			2.3 משטח עבודה עליון:
	תנאי סף	נא לציין סוג החומר	2.3.1 עשוי מחומר לא מחליד
	תנאי סף		2.3.2 משטח עבודה חלק
	תנאי סף	נא לציין מה קיים	2.3.3 משטח עבודה עליון כולל מעקה היקפי או אמצעי אחר המונע נפילת החפצים
	תנאי סף		2.4 כלל חלקי הארונית (פנימיים) נשלפים לצורך שטיפה, הארונית כולה ניתנת שטיפה וחיטוי ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 –"הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים") ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm
			3. מגש אוכל:
	תנאי סף		3.1 מנגנון קיפול מגש אנכי או מגש במצב אחסון נמצא מעל משטח עליון
	תנאי סף		3.2 מאפשר אכילה בכורסא ובמיטה
		נא לציין במידה קיים ומרווח בס"מ	3.3 מגש ניתן לשליפה לכיוון החולה

פירוט לגבי הדגם המוצע	תנאי סף	תחונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – ארונית ליד מיטת אשפוז
	תנאי סף		3.4 מגש ניתן להטיה לשני הכיוונים לצורך קריאת ספר, טאבלט וכדומה
	תנאי סף	נא לציין עומק מגרעת	3.4.1 מגש כולל מגרעת או שקע בעומק לא יותר מ-1 ס"מ (משני הצדדים לאורך המגש לפחות) המונע נפילת ספר, טבל וכדומה
	תנאי סף		3.5 מגש עשוי מחומר קשיח בלתי מחליד (למעט עץ על סוגו) או אלומיניום אנודיז
		נא לציין, האם קיים	3.6 ציפוי מגש האוכל פורמייקה
			3.7 מתכוונן לגובה (טווח)
	תנאי סף	נא לציין מידה	3.7.1 גובה העליון של המגש אוכל לא יפחת מ- 100 ס"מ
		נא לציין מידה בס"מ	3.7.2 גובה מינימאלי של המגש
	תנאי סף		3.8 מגש ננעל בצורה בטיחותית במצב אחסון
	תנאי סף	לא פחות מ-10 ק"ג נא לציין משקל	3.9 משקל נשיאה המרבי עבור המגש
		נא לציין מידות	3.10 עומק ורוחב של המגש : רצוי כ-60 על 40 ס"מ
		נא לציין בק"ג	3.11 כוח מקסימאלי המופעל על המגש פתוח המאפשר התהפכות הארונית
			4. דלתות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	תנאי סף	תחונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – ארונית ליד מיטת אשפוז
	תנאי סף		4.1 שתי דלתות (משני צדי הארון) נמצאות בחלק התחתון של הארונית ונפתחת החוצה
	תנאי סף	נא לציין זווית פתיחת הדלת	4.2 פתיחת הדלת מ-170° לפחות
	תנאי סף	נא לציין שיטה	4.3 טריקת הדלת עם סגירה מאובטחת
	תנאי סף	נא לציין סוג החומר	4.4 עשויות מחומר קשיח בלתי מחליד או אלומיניום אנודיז
		נא לציין מידות וסוג הידיות	4.5 ידיות ומרחק בליטה
			5. מגירות:
	תנאי סף	נא לציין מה קיים	5.1 עשויות מחומר קשיח בלתי מחליד או אלומיניום אנודיז
		נא לציין	5.2 כמות מגירות
	תנאי סף	נא לציין מה קיים	5.3 מגירה כוללת חלק פנימי עשוי מחומר פלסטי הניתן לשליפה לצורך ניקוי או מגירה נשלפת לצורכי ניקוי
	תנאי סף	נא לציין מה קיים	5.4 פתיחת מגירות דו צדדית
		נא לציין בס"מ	5.5 עומק המגירה
		נא לציין מידות וסוג הידיות	5.6 ידיות ומרחק בליטה

פירוט לגבי הדגם המוצע	תנאי סף	תחונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – ארונית ליד מיטת אשפוז
	תנאי סף		5.7 בין משטח עליון ודלת לא קיים חלל, אלה מגירות בלבד (1 או 2)
			6. גלגלים:
	תנאי סף		6.1 גלגלים "משוגעים" (מסתובבים 360 מעי')
	תנאי סף	העדפה ל-3" נא לציין קוטר	6.2 קוטר 2.5" לפחות
	תנאי סף		6.3 כפולים
	תנאי סף	נא לציין סוג החומר	6.4 עשויים מחומר לא מחליד
	תנאי סף	נדרש בשני גלגלים לפחות, נא לציין כמות גלגלים עם נעילה, כמו כן האם קיימת נעילה לציוד	6.5 נעילת גלגלים נגד גלגול
			7. מימדים של הארונית:
		נא לציין מידה	7.1 גובה מהרצפה עד המשטח העליון
		נא לציין מידה	7.2 מימדים של משטח העליון כ-45 על 45 ס"מ
		נא לציין מידה	7.3 עומק ורוחב כללי של הארונית
			8. דרישות כלליות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	תנאי סף	תחונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – ארונית ליד מיטת אשפוז
	תנאי סף		8.1 יש לצרף פרוספקט של הארון, אשר בנוי בהתאם לדרישות של המפרט הטכני, כמו כן להביא את הארון לבדיקת בהתאם לדרישת אסותא
		נא לצרף פרוספקט עם אפשרויות צבע	8.2 אופציות של צבע ארונית
	תנאי סף		8.3 אחריות 24 חודשים
		נא לציין	8.4 עלות שעת עבודה ונסיעה של טכנאי שירות
		נא לציין	8.5 עלות הסכם שירות שנתי מעבר לאחריות של 3 שנים

ב. דרישות ואביזרים אופציונאליים:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	נא לציין האם קיים/לא קיים	אביזרים אופציונאליים – ארונית ליד מיטת אשפוז
	מחירון ספק	אביזר חובה	1. מקום/מתקן לאחסון בקבוקים. נא לציין כמות ונפח/גודל של בקבוקים וגם מיקום המתקן בארון
	מחירון ספק		2. ציפוי דלתות בפורמייקה
	מחירון ספק		3. החלפת משטח עליון לפורמייקה רב שכבתית (טרספה)
	מחירון ספק		4. משטח עליון נשלף עשוי מחומר פלסטי וכולל מגינים נגד נפילת החפצים

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	נא לציין האם קיים/לא קיים	אביזרים אופציונליים – ארונית ליד מיטת אשפוז
	מחירון ספק		5. גלגלים בהתאם לסעיף 6 לעיל בקוטר 3"
	מחירון ספק		6. ארבע גלגלים עם נעילה נגד גלגול
	מחירון ספק		7. ארבע גלגלים עם נעילה נגד צידוד וגלגול
	מחירון ספק		8. ארון כולל שתי מגירות נוספות במקום דלתות
	מחירון ספק		9. ארון כולל מגירה נוספת אחת במקום דלתות
	מחירון ספק		10. נעלת המגירה באמצעות מנעול
	מחירון ספק		11. נעילת המגירה באמצעות מנגנון אלקטרוני
	מחירון ספק		12. נעילת דלת באמצעות מנעול
	מחירון ספק		13. נעילת דלת באמצעות מנגנון אלקטרוני
	מחירון ספק		14. מתלה לתליית מגבות
			15. אביזרים אופציונליים נוספים : במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			15.1
			15.2
			15.3
			15.4
			15.5
			15.6

ג. חלקי חילוף – עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פירוט הנתונים – חלקי חילוף ארונית ליד מיטת אשפוז
		מחירון ספק	1. גלגל "מישוגע" קומפלט
		מחירון ספק	2. גלגל עם נעילה נגד צידוד וגלגוג קומפלט
		מחירון ספק	3. ידית עבור דלת
		מחירון ספק	4. ידית עבור מגירה
		מחירון ספק	5. מגש אוכל
		מחירון ספק	6. בוכנה פנאומטית של מנגנון עליה/ירידה למגש אוכל
		מחירון ספק	7. לחצן שיחרור (ידני/רגלי) למנגנון עליה/ירידה למגש אוכל
		מחירון ספק	8. דלת קומפלט
		מחירון ספק	9. מגירה קומפלט
		מחירון ספק	10. חלק פנימי של מגירה
			11. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			11.1
			11.2
			11.3
			11.4

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פירוט הנתונים – חלקי חילוף ארונית ליד מיטת אשפוז
			.11.5
			.11.6
			.11.7

ד. אמות המידה לניקוד איכות – ארונית ליד מיטת אשפוז

1. במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות הארונית מהווה 70% מהציון המשוקלל.
2. מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל.
3. הניקוד בסעיפים 2-8 להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור	סעיף במפרט	ציון סף	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. נוחיות בהזזת הארונית		8	14	
2. נוחיות בניקוי של הארונית		7	12	
3. מידת הקושי בהפעלת מנגנון פנאומטי של מגש אוכל (עליה וירידה)	שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.	10	18	
4. מידת הקושי ונוחיות בתפעול מגש אוכל	3.1	9	16	

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור
	12	7	4.2	5. מידת הקושי/נוחיות בפתוח/סגירה של הדלתות
	12	7	5.4	6. מידת הקושי/נוחיות בפתוח/סגירה של המגירות
	16	9	3.2	7. רמת התאמת מגש אוכל לאכילה במיטה וכורסא
	100			8. סה"כ

ה. טופס בדיקה לארונות ליד מיטת אשפוז

דגם המנוף: _____
 יצרן המנוף: _____
 שם המציע: _____
 שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור ארונות, כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	תיאור					
		1	2	3	4	5	
							1. נוחיות בהזזת הארונות

תיאור	1	2	3	4	5	הערות	פירוט לגבי הדגם המוצע
2. נוחיות בניקוי של הארונית							
3. מידת הקושי בהפעלת מנגנון פנאומטי של מגש אוכל (עליה וירידה)							
4. מידת הקושי ונוחיות בתפעול מגש אוכל							
5. מידת הקושי/נוחיות בפתח/סגירה של הדלתות							
6. מידת הקושי/נוחיות בפתח/סגירה של המגירות							
7. רמת התאמת מגש אוכל לאכילה במיטה וכורסא							

חתימת הבודק: _____
 תאריך: _____

ו. ריכוז סיכום בדיקת ארונית ליד מיטת אשפוז

דגם ארונית אשפוז: _____

יצרן ארונית אשפוז: _____

שם המציע: _____

הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

– כאשר

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		8	1. נוחיות בהזזת הארונית
		7	2. נוחיות בניקוי של הארונית
		10	3. מידת הקושי בהפעלת מנגנון פנאומטי של מגש אוכל (עליה וירידה)
		9	4. מידת הקושי ונוחיות באחסון מגש אוכל
		7	5. מידת הקושי/נוחיות בפתח/סגירה של הדלתות
		7	6. מידת הקושי/נוחיות בפתח/סגירה של המגירות
		9	7. רמת התאמת מגש אוכל לאכילה במיטה וכורסא