

**שאלות הבהרה עבור מכרז ארוניות ליד מיטת החולה**

מספור	שאלה / בקשה להבהרה	מספר סעיף במכרז	תשובה קצרה, מאושר לא מאושר	הסבר קצת יותר ארוך
1.	משקל נשיאה של המגש אוכל אצלי זה עד 9 ק"ג ואתם רוצים 10 ק"ג	סעיף 3.9 של המפרט הטכני : משקל נשיאה המרבי עבור המגש - לא פחות מ-10 ק"ג נא לציין משקל - <b>תנאי סף</b>	לא מאושר	דרישה לכושר נסיעה של המגש 10 ק"ג היא דרישת סף ולא ניתנת לשינוי -
2.	לא קיים חלל בין המגירה לדלת הארונית ואצלי יש חלל....	סעיף 5.7 של המפרט הטכני : בין משטח עליון ודלת לא קיים חלל, אלה בלבד (1 או מגירות - (2 <b>תנאי סף</b>	לא מאושר	דרישה לארונית ללא חלל בין דלת ומשטח עליון, אלא מגירות בלבד - דרישת סף ולא ניתנת לשינוי -