

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הרפואה
יחידה מזמינה:	סניף 2 / מיקר
תאריך:	23/6/22

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
7	1190024480	KIT PRESSURE CATHETER EASY TEL + STERIL KIT
8	1096048418	SHIPPING AND HANDLING CHARGE
2	1095089678	RECEIVER ABLE TO RECEIVE ALL SIGNALS FROM 1 TO 4
1	1095089660	MEDIUM SIZE DIGITAL IMPLANT FOR SMALL ANIMAL TO MEASURE BLOO
6	1040023814	ONE ANALYSER TO CHOOSE FROM BP,LVP,BF,RT,SL,SR,ECGR,PP
5	1040023806	IOX BASE SOFTWARE 32 CHANNELS + SLOW SIGNAL ANALYZER
4	1040023798	HAND-HELD CONFIGURATOR TO DETECT ACTIVE IMPLANTS
3	1040023780	SWITCH 8 PORTS
9	1040004756	INSTALLATION

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

	מהנדסת ביו-רפואית	מיטל ביסטרי-פסח
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

31 במאי 2022
מספרנו: הנ"ר/2022-0182
תיק: 5004

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש
כ א נ

הנדון: פנימית ד' / מחקר – חוו"ד לרכישת מערכת טלמטריה לניטור חיות מעבדה קטנות.
דוא"ל מיום 10.5.22

בסימוכין מבקש דר' אבישי ליבוביץ לרכוש המערכת שבנדון מתקציב מענק מחקר מקרן שיבא-מאיו קליניק (סעיף 51051).

המערכת תשמש לניטור מדדי לחץ דם וטמפרטורה בחולדות מעבדה ותכלול המרכיבים הבאים:

- משדר זעיר מושתל (כמות 4 יח').
- יחידת קלט ועיבוד מרכזית – לאיסוף נתונים מאחד עד ארבע משדרים באמצעות שידור WIFI.
- יח' שליטה מרחוק – על פונקציות המשדר (קצב דגימה, כיבוי/הדלקה/השהייה ופרמטרים נוספים) לאחר ההשתלה ותוך כדי הניסוי.
- תוכנת אנליזה להתקנה ע"ג מחשב PC.

ליצרן Emka Technologies מערכת טלמטריה לניטור חיות מעבדה מבוססת משדר מושתל מדגם easyTEL. ייחודית הדגם הינה ביכולת ניטור החיה בתנאי הגידול והטיפול הקבועים שלה, ללא הצורך בהעברת החיות לכלובים ייעודיים. ליח' הקלט הדיגיטלית יכולת ניטור של עד 32 חיות במקביל, כאשר הן מצויות באותו המרחב/חדר וללא צורך בהפרדתם ובידודם בכלובים.

פעילות המדידה והבקרה באמצעות גישת ניטור זו תתאפשר תוך גמישות מיטבית והבטחת תנאי טיפול וגידול נוחים של החיות הנבדקות.

מהנימוקים המתוארים לעיל ומאחר ולא ידוע על ספק חלופי למערכת אקוויוולנטית לזו מתוצרת Emka, יש לראות ביצרן זה ספק בלעדי לרכישה זו.

רצ"ב הצעת נציגת היצרן, חברת "אנקו דיאגנוסטיקס" מס' 35647, אותה יש לממש. בנוסף למרכיבים המצויינים לעיל, ההצעה כוללת קיטים מתכלים, עלות שילוח והתקנה באתר.

הערות למימוש:

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים לכל מכלולי המערכת, כמקובל במוסד. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים, כולל החלפת חלפים אם נדרש להחליפם, לפי הנחיות היצרן.

על ההזמנה לכלול ספרות שירות הדרכה.

על המציע להתחייב למתן הדרכה מלאה, הן לצוות הרפואי והן לצוות הטכני של ביה"ח, על מנת לוודא שימוש ואחזקה נכונים במערכת המוצעת.

בברכה,
מיטל בלסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' אבשלום ליבוביץ
גב' רונית טרובוביץ
מר ערן קסן