

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הכריז) א
יחידה מזמינה:	מחלקת הנאולוגיה
תאריך:	23/6/22

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095089702	CLINIMACS PRODIGY INSTRUMENT CE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אלמוג דיאגנוסטיק
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511404121
מספר ספק בשיבא	1157
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	253,230 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

13 ביוני 2022
מספרנו: הני"ר/2022-0190
תיק: 1128-11, 7007

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש
כ א 1

הנדון: מעבדה המטולוגית/עיבוד תאי אב –
חו"ד לרכישת מכשיר להפרדה ומיצוי תאים עבור השתלות מח עצם.
תכתובת מיום 28.4.22

ביח' לעיבוד תאי אב שבעבדה ההמטולוגית, משמשת מזה כשנתיים המערכת שבנדון מדגם CliniMacs Prodigy ותוצרת היצרן Miltenyi Biotec, המשווק בארץ ע"י נציגו, "אלמוג דיאגנוסטיקה".

המכשיר הני"ל הינו בבעלות חברת "מינובה" והוכנס לשימוש המעבדה במסגרת שת"פ מחקרי עמה. כעת עם תום ההסכם, המעבדה נדרשת להחזיר המכשיר לחברה.

מדובר במערכת ייחודית המשמשת את המעבדה להפרדה ומיצוי של תאי אב עבור מושתלי מח עצם בגישה האפולואידינטית – כלומר תרומה מתורם שאינו תואם באופן מלא למושתל.

בהתאם לסימוכין, על מנת לאפשר את המשך מתן השירות, יש צורך בהעמדת מכשיר זה לרשות המעבדה. רצ"ב הצעת מחיר מס' 133382 שניתנה ע"י נציגת היצרן, חברת "אלמוג דיאגנוסטיקה" לרכישת הדגם CliniMacs Prodigy.

לנוכח הניסיון הקליני המוצלח בשימוש במכשיר, ומאחר ולא ידוע על טכנולוגיות מקבילות המשווקות בארץ, המספקות תוצרים ברמות האיכות, הדיוק והיעילות כפי שמתאפשרות בדגם הני"ל, ניתן לראות ביצרן Miltenyi Biotec ובנציגו, ספק בלעדי לרכישה.

כמות הפרוצדורות המוערכת בשנה עומדת על 30 טיפולים עם צפי הכנסות כמפורט בסימוכין.

הערות למימוש:

- יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום ההתקנה במעבדה ותחילת השימוש בפועל.
- תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל כיוולים, חלפים ועבודה) בהתאם להנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת.
- על נציג היצרן להתחייב להציע, להתקין ולהפעיל את כל העדכונים ואו השדרוגים של היצרן לגרסת התוכנה במהלך שתי שנות השימוש הראשונות בגרסה המוצעת.
- על נציג היצרן להתחייב למתן הדרכה מלאה, הן לצוות הרפואי והן לצוות הטכני (ברמת טכנאי יצרן!) של ביה"ח, על מנת לוודא שימוש ואחזקה נכונים במערכת המוצעת.
- על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

בברכה,
מיטל ביסטוי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתיקים: פרופ' עמוס תורן
דרי' נירה בלום
דרי' רם דולמן
מר משה חמד