

19/06/2022

לכבוד

המרכז הרפואי שיבא תל השומר

וועדת מכרזים

בדואר אלקטרוני :

Hella.Okashi@sheba.health.gov.il

הנדון : מכרז מס' 12299275 לרכישת מערכות תאורה לחדרי ניתוח

חברת מדטכניקה בע"מ מתכבדת להגיש בזאת הערות ושאלות הבהרה למסמכי המכרז שבנדון, כדלקמן:

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה
1.	נספח א' – דרישות טכניות	1 ו'	נבקש לציין את כמות המערכות הצפויה לרכש בכל שנה. לא ניתן בשלב זה להעריך הכמות השנתית
2.	נספח א' – דרישות טכניות	1 יג'	נבקש לתקן את הסעיף למתן מענה טלפוני בתוך 24 שעות לפתיחת תקלה. הכוונה למתן מענה תוך 24 שעות לקריאה שנפתחה
3.	נספח א' – דרישות טכניות	2 ג'	נבקש לתקן את דרישת הסעיף לעוצמת תאורה בטמפרטורה של 4,300. יישאר כפי שפורסם
4.	נספח א' – דרישות טכניות	2 ט'	1. נבקש לתקן את דרישת הסעיף לקוטר ראש תאורה של עד 70 ס"מ. יישאר כפי שפורסם 2. נבקש לתקן קוטר שדה הניתוח יהיה 20-25 ס"מ יישאר כפי שפורסם
5.	נספח א' – דרישות טכניות	2 יד'	נבקש לשנות את הסעיף לכל פנל בקרה בראש התאורה תהיה אפשרות לשנות את שדה התאורה ועוצמת התאורה . יישאר כפי שפורסם
6.	נספח א' – דרישות טכניות	2 כ'	נבקש לתקן את דרישות הסעיף שווה או גדול מ 90. יישאר כפי שפורסם
7.	נספח א' – דרישות טכניות	2 כא'	נבקש לתקן את הסעיף ליחס חום הארה יהיה מתחת ל- $500W/M^2$. (מעל לערך הנ"ל מדובר בחימום יתר של ראש התאורה) יש לשנות ל-"יחס חום הארה יהיה $400-650W/M^2$

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה
.8	נספח א' – דרישות טכניות	3 ד'	נבקש לתקן את דרישת הסעיף הרזולוציה במצלמה תהיה מעל MP 2.3 . יישאר כפי שפורסם במכתב ההבהרה הקודם – רזולוציית המצלמה הנדרשת תהיה לפחות 2MP
.9	נספח א' – דרישות טכניות	3 ז'	נבקש להעביר סעיף זה לאופציה יישאר כפי שפורסם – כדרישת סף.
.10	כללי		נבקש לדחות את מועד המכרז בחודש ימים עד לקבלת התייחסות היצרן לכל ההבהרות בדרישות מפרט נדחה ל- 04.07.2022
.11	כללי		נבקש לקבל את אישורכם בגין השתתפותנו בכנס ספקים שנערך ביום 19/05/2022 – השתתפות חובה. שמות הספקים שנכחו בסיור נרשם והועבר למח' המכרזים, אין צורך באישור השתתפות