



## המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר

### פניה לוועדת הפטור בעניין פטור ממכרז

תיק מס' מצ/ 12299359

- א. וועדת המכרזים אישרה בישיבתה מיום פטור ממכרז לצורך: רכישת נוגדנים למעבדה הפתולוגית לחברת "אנקו דיאגנוסטיקס בע"מ" בהתאם להצעתה בסך: ₪ 350,000
- ב. פרוטוקול ועדת המכרזים והחומר הנלווה במצ"ב.
- ג. אנו מבקשים את אישור וועדת הפטור לפטור ממכרז, מהסיבות המפורטות בהחלטת הוועדה (על נספחיה), וזאת בהתאם לתקנה 10 א' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993.
- ועדת המכרזים אישרה פטור ממכרז ספק יחיד עפ"י תקנה 3(13)א' מותנה באישור ו. פטור מקומית

חתימה

מזכיר וועדת המכרזים  
תפקידו

דרי לוי  
שם החותם על הבקשה

תאריך:

פרטי כל מס' מצ/ 12299359

בתאריך 10-07-2022 דנה וועדת הפטור בפניה והחליטה כדלקמן:

מאושר פטור ממכרז ספק יחיד עפ"י תקנה 3(13)א' ובהמשך להמלצת ו. מכרזים מקומית

עו"ד עודד גורני

רו"ח אירית אברמוביץ

פרופ' יצחק קרייס

16/6/22

טס/31

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל-השומר

12299359

פניה לועדת המכרזים בענין פטור ממכרז  
דרישה-20205467

1. לצורך רכישת נוגדנים למעבדה הפתולוגית פנינו לחברת אנקו דיאגנוסטיק (1197) להקבלנו הצעתה בסך: 350,000 שכולל מע"מ(לפני מע"מ 299,145 ש"ח)  
פ.א. - 512368689
2. בקשה לשנתיים-אין שינוי במחיר
3. רצ"ב נימוק ספק יחיד חתום ע"י ד"ר רם דולמן-מנהל אגף המעבדות

16/6/22  
 משרד הבריאות  
 תל-השומר  
 מ"א: ח. שיבא  
 רכש רפואי

חתימה  
 חתומה

1.6.22 אורנה ארליך רכש ראגנטים

תאריך שם החותם על חו"ד תפקיד

16/6/22

16/6/22

פרטי- כל מס' <u>12299359</u> בתאריך: <u>16/6/22</u> דנה ועדת המכרזים בפניה והחליטה כדלקמן:-
וועדת המכרזים אישרה פטור ממכרז ספק יחיד ע"פ תקנה 3 (13) א' וזאת בהמשך לחו"ד הגורם המקצועי, מותנה באישור ועדת פטור מקומית

מר דריל לוי      עו"ד עודד גורני      גב' מרינה ליפשיץ      רו"ת אירית אברמוביץ      פרופ' ברקנשטט חיים



**אגף מעבדות**

**צ'מורק "ספק יחיד"**

שם הפריטים: נוגדנים לפי הצעת מחיר מס': *Excel* חברה: ENCO

סכום כולל מע"מ: 350,000 ₪ סעיף תקציבי: *מק"מ*  
 אנו מבקשים להכיר בסוכן הנ"ל ספק יחיד לצורך רכישת הפריטים לעיל מהנימוקים הבאים:

- ספק יחיד ואין בלוח.
- ספק יחיד העונה על כל הצרכים (פרט שמות הספקים הפוטנציאליים, ונמק על אלו צרכים ספציפיים עונה הפריט שאין לו מענה אצל הספקים האחרים).
- ספק יחיד, לחומרים/ציוד מתכלה היחידים המתאימים למכשיר זה (פרט שם המכשיר והיצרן).
- רכישה במסגרת עסקת ראגנטים עפ"י מכרז פומבי/סגור מ"צ
- אחידות מערכת (פרט הצרכנים הנוספים בבי"ח לפריט זה ומדוע חשובה האחידות).
- אחידות שיטת הבדיקה (פרט באיזה בדיקה מדובר ומדוע חשובה האחידות).
- אחר (פרט).

פירוט הנימוקים המקצועיים:

אננו הוא ספק יחיד הודוע לנו לקלונים המפורטים בטבלה הבאה:

נוגדנים	קלונים
AR	SP107
ATRX	Poly
BCOR	C10
BETA CATENIN	14
BOB1	SP92
C4D	SP91
CALRETININ	Polyclonal
CARBONIC ANHYDRASE, IX	Polyclonal
CD123	6H6
CD13	SP187
CD138	B-A38
CD14	EPR3653
CD16	SP175
CD163	MRQ-26
CD2	MRQ-11
CD25	4C9
CD33	PWS44
CD34	QBEND/10
CD61	2F2
CD71	MRQ-48
CDX-2	EPR2764Y

כתובת:	גירסה מספר:	בתוקף מיום:
גודל מספר:	מחליף גרסה:	
עמוד 2 מתוך 4	התחום:	
סוג הנדלה:		

CK5/6+TTF1	D5/16B4+8G7G3/1
c-myc	EP121
CYCLIN D3	DCS-22
CYCLIN E	13A3
CYTOKERATIN HMW	34beta E12
DOG1	SP31
E CADHERIN	EP700Y
EPCAM	BER-EP4
Fascin	55K-2
FLI-1	MRQ1
FOXP1	Polyclonal
FOXP1	Polyclonal
GAB1	1A7
Galectin3	9C4
GATA3	L50-823
Glycophorin A	GA-R2
Glypican3	1G12
HHV8	13B10
IDH-1	H09
IgD	EP173
IgG4	MRQ-44
IL10	Polyclonal
IL4	Polyclonal
Inhibin alpha	RI
INI-1	MRQ-27
INSM1	MRQ-70
Ksp Cadherin (MRQ-33)	MRQ-33
Langerin	12D6
LEF1	EP310
Mammaglobin (31A5)	304-1A5+31A5
MDM2	1F2
MESOTHELIAL CELLS	HBME-1
MITF	C5/D5
MOUSE ANTI CD38	SPC32
MOUSE ANTI	MRQ-1
FLI-1	
MUC1	MRQ-17
MUC2	MRQ-18
MUC4	8G7
MUC5	MRQ-19
MUC6	MRQ-20
Napsin A	Polyclonal
OCT2	MRQ2
Oct4	MRQ10

מותרת:	גירסה מספר:	בתוקף מיום:
גודל מספר:	מחליף גירסה:	
עמוד 3 ממוך 4	התחום:	
סוג הנודל:		

OLIG2	211F1.1
P27	SX53G8
PAX2	Polyclonal
PAX5	SP32
PAX8	MRO
PD1 (MRQ-22)	MRO-22
Perforin	MRO-23
PREALBUMIN	Polyclonal
Prolactin	Polyclonal
SALL4	EP299
SATB2	EP281
SF-1	Polyclonal
SOX11	MRO-58
T-bet	MRO-46
TCL1	MRO-7
TERT	2C4
TFE3 (MRQ-37)	MRO-37
TLE1	1F5
TOXOPLASMA	Polyclonal
TSH	Polyclonal
UROPLAKIN III	SP73
VILLIN	EP163
WT-1	6F-H2
YAPI	CLONE IA12

שם הפריט	מק"ט	מס' סריט
HBW75-Hybiwell	611105	1
HBW-40-HybiSlip 22mmx40mmx0.25mm	714022	2
HBW-40-HybiSlip 22mmx22mmx0.25mm	712222	3

הנגזנים המסופקים ע"י אנקו נבדקו אימונוהיסטוכימית על התאים מקובעים בפורמלין ומעובדים בפרפין (FFPE).  
עברו וולידציה לדיאגנוסטיקה (in vitro Diagnostic -IVD) ומצויים כ-GE, מצוינים בדוחות של ה-  
CAP כנגזנים שנמצאים בשימוש נרחב בעולם לאחר אלו של VENTANA ועובדים על מכשיר  
: VENTANA BENCHMARK XT. הנגזנים של אנקו ביילו אצלנו למכשיר VENTANA  
BENCHMARK XT ועברו בחינה של הצביעה האימונוהיסטוכימית ע"י פתולוג גם וולידציה.  
פריטים 1, 2 ו-3 המסופקים ע"י אנקו, משמשים אותנו בצביעות in situ hybridization לגילוי גורמים מדבקים  
על התאים מקובעים בפורמלין ומעובדים בפרפין (FFPE). רמת הניקיון של ההיבריסיילפ וההיבריוול  
המסופקים ע"י אנקו מאד חשובה להצלחת הפרוטוקול שהוא RNAse free וגם להיברידוציה.

ר"ד קמילה אביב  
סגנית מנהלת המעבדה

כותרת:	גירסה מספר:	כתוקף מיום:
מזהל מספר:	מחלקת גירסת:	
צמוד 4 מתוך 4	התחום:	
סוג הבהלה:		

תאריך: 19.12.2021 שם המעבדה: פתולוגיה קוד מעבדה: 71500 חתימת מנהל המעבדה

\* לתשומת לב המעבדה: בא לציין בהצעת המחיר המצ"ב את מק"ט תח"ש של כל אחד מהפריטים

אישור הבהלת אגף מעבדות

אל: מחלקת רכש:  ציוד רפואי  ראגנטים   
מאשר  לא מאשר

נימוקים:

חתימת ר"ד קמילה אביב  
סגנית מנהלת המעבדה

תאריך: 27/12/21 פרטי המאשר:

F-LABS0005111-2-01