

13/07/22

לכבוד
משתתפי המכרז

הנדון: פרוטוקול מפגש הבהרות מכרז פומבי מס' 213422 אספקה, התקנה ותחזוקת עגלות כלובים לעכברים ומכונה לשטיפת הכלובים והבקבוקים

מועד המפגש: 07/07/22

נוכחים: יורם הלוי - מנהל יח' מכרזים

בילי דביר - רכזת יח' מכרזים

אשר דקל – יועץ יחידת מכרזים

ד"ר גלית וינקלר – המעבדה לחקר בעלי חיים

יאיר לבנוני - מנהל המחלקה לשירותים טכניים

להלן עיקרי הדברים, דגשים והבהרות למכרז:

- יש להוריד את מסמכי המכרז המעודכנים מאתר מנהל הרכש הממשלתי, בקישור הבא: <http://www.mr.gov.il> < מכרזים משרדיים > מפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב, לבצע חיפוש לפי מס' מכרז 223422.
- מועד הגשת המכרז נדחה עד ליום: 25/07/22 עד השעה 12:00, את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 213422 לתיבת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א ביחידת המכרזים אגף ד' קומה (1-).
- תנאי סף - הובא לתשומת לב המציעים תנאי הסף הנדרשים להשתתפותם במכרז.
- מרת"א שומר לעצמו את הזכות אך אינו מתחייב, לערוך מפגש הבהרות נוסף במועד ובמקום שייקבע על ידו. קבלנים שהשתתפו במפגש הראשון יהיו פטורים מלהשתתף במפגש הנוסף.
- הצעת מחיר עודכנה - המציעים מתבקשים למלא את הצעת המחיר (נספח ב' חלק 2).
- במפגש ההבהרות ניתנה סקירה של המפרט הטכני ע"י הגורם המקצועי במרת"א גלית וינקלר.
- נערך סיור במתחם המיועד לעגלות הכלובים ומכונת השטיפה.
- להלן שינויים מהותיים במסמכי המכרז:
8.1. תנאי סף 10.3 עודכן. להלן הנוסח המעודכן:
"המציע סיפק ותחזק עגלות כלובים לעכברים נשוא המכרז כמפורט בהצעת המחיר ומכונה לשטיפת הכלובים והבקבוקים כדוגמת אלו המוצעים על ידו במכרז זה לכל הפחות ל- 2 מוסדות רפואיים ו/או מחקריים בארץ ו/או בעולם במהלך 5 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה בהיקף שנתי מצטבר שלא יפחת מ-480,000 ש"ח בשנה."

- 8.2. התווסף סעיף 6.3 להצעת המחיר. להלן הנוסח:
- " זכות ברירה נתונה בידי מרת"א לבחירת מכונה לשטיפת הכלובים בהתאם למפרט הטכני והצעת המחיר חלופה א' להצעה רכיב 2 (חימום מים ל – 90 מעלות סלזיוס לפחות) או חלופה ב' רכיב 2 להצעה (חימום מים ל- 80 מעלות סלזיוס לפחות) אותו מציע המציע בהקשר של מידת חימום המים."
- 8.3. מפרט טכני נספח ג' עודכן.
9. באתר מנהל הרכש עודכנו השרטוטים.
10. מענה לשאלות הבהרה מצורף לפרוטוקול זה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז /הצעה.
כל האמור במסמך זה אין בו משום אישור לתוספת כספית כלשהי,
הקבלן יביא בחשבון כי העלויות הנוספות הנובעות ממסמך זה כלולות בהצעתו.
הקבלן נדרש לחתום על מסמך זה ולצרפו חתום להצעתו.

חותמת וחתימת הספק

העתק: נוכחים
רונן חרותי – מנהל אגף רכש ואספקה
אבי בן זקן – סמנכ"ל לוגיסטיקה ותשתיות

יורם גלילי
מנהל יחידת מכרזים



06/06/22

לכבוד:

כלל המציעים

מכרז פומבי מס' 213422 אספקה, התקנה ותחזוקת עגלת כלובים לעכברים ומכונה לשטיפת הכלובים והבקבוקים עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה:

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
1.	הודעה + נספח ה'	4 + 5.3 + 30.2	בהודעתכם אתם דורשים כי המחירים בהצעה יהיו בתוקף למשך שנתיים מתום תקופת האחריות (שכנדרש בסעיף קודם – צפויה להיות שנתיים) – כלומר סך הכל 4 שנים. גם בתקופות נורמאליות קשה להתחייב לתוקף מחירים למשך יותר מאשר השנה השוטפת. לא כל שכן בעידן אי הודאות הנוכחי, בשנה וחצי האחרונות, בהם מחירי היצרנים ומחירי ההובלות עולים באופן תדיר גם תוך כדי השנה עצמה. לצורך מתן תוקף מחיר של 4 שנים נצטרך להעלות את המחיר באופן משמעותי, בכדי לכסות את עלות הסיכון, והדבר פוגע באינטרס מרת"א לרכוש במחיר הטוב ביותר האפשרי בנקודת הזמן הנוכחית. אנא צמצמו את תקופת תוקף המחירים לשנה בלבד, בכדי שנוכל לתת את המחיר האטרקטיבי ביותר האפשרי.	הסעיף ישונה כדלקמן: המחירים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות.
2.	נספח א'	6	כנ"ל	הסעיף יוותר ללא שינוי
3.	הצעת מחיר + תנאים מיוחדים	6.1 + 7	מועד ההתקנה ואישור מרת"א כי המכשור הותקן ועובד לשביעות רצון מרת"א, ותקופת האחסנה – אסור שיהיו בלתי מוגבלים. מקובל להגביל לצורכי תחולת האחריות בעד 3 חודשים לכל היותר ממועד המסירה בפועל.	הסעיף יוותר ללא שינוי
4.	תנאים מיוחדים + נספח ה'	5.1 + 27.4	תנאי התשלום שוטף+30 יום מיום אישור החשבונית ע"י הגורם המוסמך במרת"א – נדרש להגביל את מועד האישור ולציין סיבות אפשריות לדחיה, כדי למנוע איחורים בלתי הוגנים בתשלום.	הסעיף יוותר ללא שינוי
5.	תנאים מיוחדים + נספח ד'	9 + 1.4	הדרישה להספקת הציוד בשעת חירום אינה מתיישבת עם סוג הציוד, אשר אינו שייך לפעילות הליבה הדחופה של בית החולים. במקרה של סגירת נמלי הים והאוויר של ישראל בחירום – ובמקרים נוספים המונעים אפשרות יבוא ותנועה בישראל – לא נוכל לספק את הציוד.	הסעיף יוותר ללא שינוי

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	מירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
6.	נספח ג'	5.13	מצויין שנדרשת מדידת לחץ. אנא הבהירו האם נדרשת מדידת לחץ בכלוב אחד במערכת, לעומת הלחץ בחדר?	מדידת הלחץ מבוצעת במערכת הכלובים. המדידה אינה מבוצעת כהשוואה לחדר.
7.	נספח ג'	6.5	האם נדרש שתהליך השטיפה יגיע עד 95 מעלות, או נדרש שלא יעבור 95 מעלות? אנא הבהירו. במידות שהוזכרו בסעיף 6.11 נוכל להציע רק מכונה שלא מגיעה עד 95 מ"צ, אלא ל-???	המציע יוכל להציע אחת או יותר משתי החלופות הבאות: חלופה א' - המכונה לשטיפת הכלובים תהא בעלת יכולת מחזור שטיפה מינימאלי של 6 דקות בטמפרטורה של 90 מעלות סלציוס לפחות, הכולל: טעינה, הדחה עם מים חמים ממוחזרים ודגנרטים בסיסיים, שטיפה במים חמים, פינוי אדים ופריקה. חלופה ב' - המכונה לשטיפת הכלובים תהא בעלת יכולת מחזור שטיפה מינימאלי של 6 דקות בטמפרטורה של 80 מעלות סלציוס לפחות, הכולל: טעינה, הדחה עם מים חמים ממוחזרים ודגנרטים בסיסיים, שטיפה במים חמים, פינוי אדים ופריקה. (מרת"א תספק מים בטמפרטורה של 50-60 מעלות סלציוס ואת המשך חימום המים תבצע המכונה לשטיפת כלובים
8.	נספח ג'	6.6	במידות שהוגדרו לא נוכל להציע מכונה שתהליך השטיפה שלה נבדק על ידי מעבדת הסמכה בלתי תלויה ואושר כעומד בדרישות AK-KAB. אנא הורידו את הדרישה, או הגדילו את מידות המכונה שניתן להציע.	הסעיף ישונה כדלקמן: מידות ערכת הכלובים יהיו מותאמות למידות המיקום של ערכת הכלובים במבנה החדש המיועד לבית החיות, על פי התשריט המצורף ועל פי המידות אותם בדק המציע בסיוור המציעים.
9.	נספח ג'	6.7	במידות שהוגדרו נוכל להציע מכונה שהקיבולת המירבית שלה לבקבוקים היא 72 בקבוקים, ולא 120. אנא הקטינו את מספר הבקבוקים הנדרש במחזור שטיפה, או הגדילו את מידות המכונה שניתן להציע.	קיבולת בקבוקים במחזור שטיפה יכול להיות גם 72 בקבוקים
10.	נספח ג'	6.10	הספקת מים רכים שאינם חמים תדרוש ממכונת השטיפה להשקיע זמן ואנרגיה רבים בחימום המים, במקום בשטיפה, מה שיעלה את משך זמן ההמתנה למכונה בין מחזור שטיפה אחד לבא אחריו, ויקטין את הקיבולת היומית. מומלץ מאוד לספק למכונה מים בטמפרטורה של 50-60 מעלות. העלות של התקנת מתקן חימום מים (בוילר) לאחר מרכז המים, קטנה בהרבה מעלות האנרגיה שתידרש לחימום בתא המכונה (אשר אינו יעיל אנרגטית כבוילר רגיל), ומעלות שעות העבודה של עובדי חדר השטיפה, שיתבזבזו בהמתנה למכונה שתחמם את המים.	ראה תשובה בסעיף 7
11.	נספח ג'	7.3	לא ברור אם נדרשים 40 כלי אוכל נוספים או 50. אנא הבהירו.	נדרשת תוספת של 40 מערכות
12.	נספח ג'	7.4	צויין שנדרשים מחברים למדידת לחץ בכלוב. בהמשך לסעיף 6 בשאלות ההבהרה – אנא הבהירו אם אכן נדרשת מדידת לחץ.	המדידה הינה לחץ במערכת הכלובים


מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	מירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
13.	נספח ג'	8.2	אנא הבהירו את טיבו של מתקן פליטה המותקן על המכונה לשטיפה הנדרש בסעיף זה: מה אמור להיפלט (מים? אויר?) לאיזה מרחק? באיזה טמפרטורה? האם נדרש טיפול נוסף?	מתקן הפליטה מתוכננת תעלת יניקה ומעל למכונת השטיפה מתוכנן פתח יניקה עם מנדף בספיקה של 850cfm
14.	נספח ג'	9.1	בדומה לסעיף 4 במסמך שאלות ההבהרה, גם כאן – "החל מאישור קבלה סופי של המכשירים על-ידי מרת"א כי המכשירים פועלים לשביעות רצונו, תחל תקופת האחריות" – נדרש להגביל את מועד האישור ולציין סיבות אפשריות לדחיה, כדי למנוע איחורים בלתי הוגנים בתחילת האחריות.	הסעיף ישאר ללא שינוי
15.	נספח ג'	9.2	אנא הוסיפו בסוף הסעיף – ובלבד שמרת"א ומפעילי המכשירים ישתמשו במכשירים ויטפלו בהם בהתאם להוראות ההפעלה ולדרישות היצרן בנוגע לפעולות התחזוקה הנדרשות ברמת מפעיל המערכת.	התוספת ובלבד שמרת"א ומפעילי המכשירים ישתמשו במכשירים ויטפלו בהם בהתאם להוראות ההפעלה ולדרישות היצרן בנוגע לפעולות התחזוקה הנדרשות ברמת מפעיל המערכת. מקובלת
16.	נספח ג'	9.5	לא סביר לדרוש מהמציע לספק את חומרי החיטוי, שכן רק המשתמש יודע באילו חומרי חיטוי יש להשתמש בכדי להתגונן נכון מפני זיהומים שהוכנסו למערכת תוך השימוש בה. דרישה זו פוגעת בכללי הבטיחות הסבירה.	הסעיף ישונה כדלקמן: המציע יספק חלקי חילוף למכשיר במידת הצורך וכן כל חומר אחר הנדרש לביצוע התחזוקה, הבקרה והטיפולים
17.	נספח ג'	9.9	דרישה זו, שהמציע יבקר בבית החיות אחת לחודש ויעבור על כל הבקבוקים איננה סבירה לא ברמה תפעולית, לא ברמה מחירית, ולא ברמת החשיפה האפשרית של בית החיות לזיהומים, עקב כניסה של גורם המבקר באופן תדיר גם בבתי חיות אחרים. עבודי בית החיות מטעם מרת"א אשר יראו את הבקבוקים מדי שבוע יכולים לדווח על כל בעיה למציע שיזכה, ושיפעל כהבנתכם בעקבות הדיווח שלהם. בנוסף – אנא שימו לב כי לעיתים נזילות בקבוקים נגרמות כתוצאה מתנאים סביבתיים (כגון רעד של הרצפה או הקיר עליו נסמכת עגלת הכלובים) וכל שנדרש לעשות הוא לעצור את הרעד או להרחיק את העגלה ממנו – דבר שרק מרת"א יוכל לעשות, ולא סביר לדרוש אותו מהמציע.	הסעיף יתוקן כדלקמן: באחריות המציע להחליף על חשבונו בקבוקים תקולים מכל סיבה שהיא וזאת בתוך 45 ימים מיום קבלת ההודעה על ידי מרת"א ..
18.	נספח ג' + נספח ה'	9.11 + 10.10	אנא פרטו איזה מכשיר, ואילו תמיסות חיטוי שכיחות בבית החולים.	הסעיף מבוטל

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
19.	נספח ג' + נספח ה'	11.2 + +18.3 +18.4 +18.5 33	כיון שדרשתם כלובים שניתן לנתקם מהספקת החשמל למשך 72 שעות ללא גרימת מצוקה לחיות, אין דחיפות מצילת חיים בתיקון התקלות, ועל כן אנא תקנו את הסעיף כך: במקרה של תקלה משביתה, המציע מתחייב להגעת טכנאי לתיקון תקלות במכשיר תוך 4 שעות מזמן קריאה שהתקבלה בבוקרו של יום עבודה, ובמקרה של קריאה שהתקבלה אחרי הצהריים – במהלך יום העבודה הבא, ולתקן התקלה בפרק זמן סביר.	הסעיפים ישונו כדלקמן: תיקון תקלות בתקופת מתן השירותים 12.1 המציע מתחייב לעמוד בדרישות באמינות, בזמינות, האחזקה ומפרטי המערכת על מנת להבטיח את ביצועי המערכת 12.2 המציע מתחייב להגעת טכנאי לתיקון תקלות במכשיר כדלקמן: 12.2.1 תוך 4 שעות מזמן הקריאה שהתקבלה בבוקרו של יום עד השעה 12:00 ולתקן התקלה בפרק זמן שלא יעלה על 60 שעות ממועד הקריאה. 12.2.2 במקרה של קריאה שהתקבלה לאחר השעה 12:00 ועד 07:00 למחרת (להלן: "יום המחרת") יגיע הטכנאי עד לשעה 12:00 של יום המחרת ולתקן התקלה בתוך 60 שעות ממועד הקריאה.. 12.2.3 במקרה של תקלה חמורה שעלולה להביא לדעת מרת"א לפגיעה בחיות מתחייב המציע להגעת טכנאי באופן מידי בכל ימות ושעות השבוע ולתקן התקלה באופן מיידי. 12.3 המציע יספק תמיכה טלפונית למרת"א. התמיכה הטלפונית תעמוד לרשות מרת"א במשך כל ימות השנה בכל שעות היממה 24/7. מובהר כי אין במתן התמיכה הטלפונית כדי לגרוע ממחויבות נותן השירותים למתן שירותים אחרים לפי הסכם זה.
20.	נספח ג' + נספח ה'	11.3 + 18.1	כאמור, בהיעדר דחיפות מצילת חיים, אנא תקנו את הסעיף כך: המציע יספק תמיכה טלפונית למרת"א. התמיכה הטלפונית תעמוד לרשות מרת"א במשך כל ימי העבודה במדינת ישראל, בין השעות 08:00 – 17:00.	אין שינוי בסעיף
21.	נספח ה'	+12 +13 +16.2 16.3	גם כאן – אנא הגדירו זמן מירבי שמרת"א רשאי לעכב את בדיקת וקליטת הצידוד. לא סביר שהמכשור יושב במחסני מרת"א במהלך חודשים מבלי שאחריות תועבר למרת"א. בנוסף – במקרה של תקלה או פגם – לא נוכל להבטיח החלפה בחדש בתוך 72 שעות. במקרים מסויימים (מכונת השטיפה) ההחלפה בחדשה תוכל להתרחש רק כעבור עוד 120 יום.	אין שינוי בסעיף

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
22.	כללי		אנא הבהירו האם המקום הפיזי אליו יש לספק את הציוד נגיש באמצעות עגלה ומעליות מתאימות בגודלן, ומסדרונות ומעברים פנויים המתאימים במידותיהן לציוד שיוזמן, מרחבת פריקת משאיות כל הדרך עד למיקום הסופי.	באחריות המציע לבדוק התנאים בסיור מציעים שיקבע מרת"א
23.	כללי		אנא הבהירו האם ינתן יתרון לעסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק חובת המכרזים.	מרת"א ימלא אחר הוראות חוק חובת מכרזים והתקנות שהותקנו מכוחו
24.	א'	4	מבקשים שתקופת האחריות תחל מהאספקה למרת"א או לכל המאוחר תוך 30 יום מהאספקה למרת"א במידה וההתקנה מתעכבת בגלל מרת"א	הסעיף ישאר ללא שינוי
25.	א'	10.6	מבקשים לאשר מראש כי בתחום של מכוונות שטיפה, יספק לצורך תנאי סף ניסיון והיקף מצטבר של היצרן, כמו גם ניסיון מצטבר של המציע על פני תקופה של 35 שנה (ולא רק 5 שנים אחרונות). הסיבה היא שהמציע סיפק ותחזק שנים רבות מאות מכוונות שטיפה מתקדמות מסוגים רבים, כולל מכוונות לשטיפת אנדוסקופים. לאחרונה המציע התמנה לנציג הרשמי של יצרן עולמי מוביל בתחום של מכוונות שטיפה לבתי חיות ועל כן הניסיון המעשי המצטבר רב מאוד ורלוונטי אך לא מתאים במדויק לתנאי הסף.	הסעיף ישאר ללא שינוי
26.	א'	21.2	מבקשים לאשר מראש שעבור נושא של מכוונות שטיפה (מיצרן עולמי מוביל), ניתן לבצע הדגמה בחו"ל באתרים רלוונטיים (למשל עפ"י רשימת ההתקנות/ממליצים שתסופק)	הסעיף ישאר ללא שינוי
27.	א'	76	בתנאי אי הודאות הקיימים כיום בשווקים הפיננסיים העולמיים, קשיים בשרשראות האספקה וחומרי הגלם, ובשוק ההובלות, תוקף הצעה ל 6 חודשים מייקר משמעותית את הצעות המחיר. אנו מציעים לשקול צמצום התוקף הנדרש ל 60 יום.	תוקף ההצעה תהא ל 4 חודשים (במקום 6 חודשים)
28.	ב'	4	מבקשים לאשר מראש שעבור נושא של מכוונות שטיפה (מיצרן עולמי מוביל), ניתן לבצע הדגמה בחו"ל באתרים רלוונטיים (למשל עפ"י רשימת ההתקנות/ממליצים שתסופק)	הסעיף ישאר ללא שינוי
29.	ב'	7	מבקשים להגביל את תקופת האחסנה לפני התקנה ל 30 יום.	הסעיף ישאר ללא שינוי
30.	ג'	5.2	למה הכוונה ב 40 כלובים נוספים בכל צד? האם הכוונה לעגלה בעלת קיבולת של 240 כלובים סה"כ? האם הכוונה להצעת 40 כלובים רזרביים?	מדובר בעגלה דו צדדית בכל צד 80 כלובים או 2 עגלות שבכל עגלה 80 כלובים . מרתא תרכוש עוד 40 כלובים – סט מלא- שימשו רזרבה.

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	מירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
31.	ג'	5.9	במערכת ה IVC המוצעת של חברת Lab Products יחידת הטיפול באוויר נמצאת על העגלה והיא שקטה וללא רעידות מובחנות ומשמשת בהצלחה אצל לקוחות רבים הארץ ובעולם כולל באיכילוב	הסעיף שונה כדלקמן : למערכת הכלובים יחידת טיפול באוויר, שקטה וללא רעידות .
32.	ג'	5.13	למערכת אין סנסורים מובנים ללחות וטמפרטורה.	אין שינוי בסעיף המערכת חייבת להיות בעלת סנסורים מובנים המתריעים גם על טמפרטורה ולחות .
33.	ג'	5.14	גובה העגלה המוצעת 1880 מ"מ ללא המפוח העילי שניתן לפירוק בהובלה. יחד עם המפוח הגובה הוא כ 2060 מ"מ.	מידות ערכת הכלובים יהיו מותאמות למידות המיקום של ערכת הכלובים במבנה החדש המיועד לבית החיות , על פי התשריט המצורף ועל פי המידות אותם בדק המציע בסיוור המציעים .
34.	ג'	6.5	על פי תקן AKAB הנוגע לכלובים נדרשות לפחות 120 שניות הדחה, 30 שניות שטיפה ועוד 120 שניות פינוי אדים. המכונה המוצעת עומדת בתקן זה.	מחזור השטיפה יכול להיות עד 6 דקות
35.	ג'	6.7	המכונה המוצעת יכולה לשטוף עד 72 בקבוקי 260 מ"ל (כולל הפקקים) או 425 מ"ל במחזור בודד	קיבולת בקבוקים במחזור שטיפה יכול להיות גם 72 בקבוקים
36.	ג'	6.9	למכשיר המוצע פאנל שליטה נוח וידידותי ללא ניטור/שליטה מרחוק	הסעיף ישונה ל : ממשק מסך מגע בלבד
37.	ג'	7.2	הבקבוקים המוצעים הם בנפח של כ 425 מ"ל והמים שבהם מספיקים לשבועיים (לפי התקן של 5 עכברים בוגרים בכלוב) ובהתאם לכך גם נדרש חצי מהיקף השטיפה השבועי של בקבוקים	נפח הבקבוקים יכול להיות עד 425 מ"ל
38.	ג'	7.2	האם נדרשים גם 40 כלובים מלאים כרזרבה?	כן
39.	ג'	9.1	מבחן הקבלה ייערך לא יאוחר מחודש לאחר האספקה ללקוח	אין שינוי בסעיף
40.	ג'	9.9	בבקבוק המוצע אין אטם סיליקון ומעולם לא דווח על נזילה באף אחת מהמערכות שסופקו בישראל	הסעיף שיונה כדלקמן : באחריות המציע להחליף על חשבונו בקבוקים תקולים מכל סיבה שהיא וזאת בתוך 45 ימים מיום קבלת ההודעה על ידי מרת"א.
41.	ג'	10.3	חלקי החילוף שסופקו תוך 48 שעות הם העיקריים (ראו סעיף 10.4)	הסעיף ישונה כדלקמן : המציע יספק חלקי חילוף עיקריים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 48 שעות ובלבד שהמערכת תמשיך לפעול בצורה תקינה
42.	ד'	1.1	לגבי מכונת השטיפה, ניתן יהיה לבצע את ההדגמה באחד האתרים שציינו ברחבי אירופה (צרפת, בריטניה, שבדיה, שוויץ ועוד)	ההדגמה תבוצע רק בישראל

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
43.	ד'	1.2	מלבד הערות/שאלות שהעלינו ביחס לנספח ג	והכל בהתאם למענה שניתן לכל סעיף
44.	ד'	1.3	מלבד הערות/שאלות שהעלינו ביחס לנספח ג	והכל בהתאם למענה שניתן לכל סעיף
45.	ד'	2.2	עלות ההדגמה אינה כוללות הוצאות נסיעה ושהיה בחו"ל	ההדגמה תבוצע רק בישראל
46.	ה'	10.11	מבקשים להגביל את האספקה לנקודה 1 במרת"א, בהובלה רגילה למקום מישור/מעלית ללא סבלות במדרגות.	אין שינוי בסעיף
47.	ה'	13.3	במקרה הקיצוני שבו תידרש החלפת מכשיר פגום, אין אפשרות להחליף בזמנים המדוברים, היות ונדרש ייצור והובלה מחו"ל	הספק ידאג להחליף את המכשור הפגום ועל חשבוננו לא יאוחר מ 72 שעות ממועד היוודע הפגם. וזאת גם על ידי החלפת חלק חילוף עיקרי במכשיר
48.	ה'	10.6	עקב אי הודאות בנמלי הים ושרשראות האספקה העולמיות, מבקשים להגדיל את טווח זמן האספקה ל 180 יום.	הסעיף ישונה כדלקמן המכשור יסופק למרת"א לא יאוחר מ-160 ימים ממועד ההזמנה אלא אם כן נקבע בהזמנה מועד אחר לאספקה.
49.	ה'	22	מבקשים לאשר מראש כי המציע רשאי לכלול בהצעתו קבלני משנה קבועים לטובת, הובלות, התקנות, תמיכה ושירות טכני. קבלנים אלה מבצעים בהצלחה ובאופן שוטף התקנות ותחזוקה זהה או דומה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
50.	ה'	27.9	מבקשים שאישור החשבונית לתשלום יהיה לכל המאוחר תוך 30 יום מהאספקה למרת"א במידה וההתקנה מתעכבת בגלל מרת"א.	הסעיף יוותר ללא שינוי

בכבוד רב,

 יורם הלוי
 מנהל יחידת מכרזים