

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	המריאלי
יחידה מזמינה:	מחלקת סיווג יקרא
תאריך:	21/6/22

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040023830	שדרוג מערכת הפעלה מכשיר GENETIC ANALYZER 3500XL HID מותאם ל-

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	רניום
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511642449
מספר ספק בשיבא	2201
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 27,734.90 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

15 ביוני 2022  
מספרנו: הני"ר/2022-0195  
תיק: 8007

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש  
2 א

הנדון: מעבדה לסיווג רקמות – חו"ד לרכישת חבילת תוכנה ומחשב למכשיר אנלייזר גנטי  
תוצרת APPLIED BIO-SYSTEMS.

א. תכתובת מיום 28.3.22

ב. אישור מע' מידע מיום 15.6.22

בשימוש המעבדה לסיווג רקמות מכשיר אנלייזר גנטי מדגם Genetic Analyzer 3500XL HID (מס' סידורי 30360-041) מתוצרת APPLIED BIO-SYSTEMS המשמש לביצוע בדיקות אבהות.

לאחרונה סובל המכשיר מתקלות חוזרות ונשנות בתוכנת ההפעלה אשר גורמות לעיכובים ושיבושים בלתי פוסקים במתן תוצאות בדיקות האבהות. מקור התקלות במחשב המכשיר ומערכת ההפעלה שהינה מגרסה ישנה WIN 7, אשר אינה נתמכת ע"י היצרן ומחייבת החלפה.

לציין כי באגף המעבדות לא קיימת חלופה למכשיר אנלייזר גנטי בגרסת HID (Human Identification) ייעודית לביצוע בדיקות אבהות, ולכן המשמעות במקרים של תקלות ממושכות ו/או השבתה, הינה הפסקת הפעילות.

על מנת לאפשר פעילות תקינה ורציפה, נדרש לממש הצעת חברת "רניוס" הרצ"ב לרכישת מחשב מותאם למכשיר האנלייזר עם מערכת הפעלה בגרסת WIN 10 וכן חבילת שדרוג תוכנות האנלייזר הכוללת Data collection, Genetic mapper ו-Sequencing Analysis.

היות והשדרוג למערכת הקיימת במעבדה אינה ניתנת לביצוע ע"י יצרן שאיננו APPLIED BIO-SYSTEMS, יש לראות ביצרן זה ספק בלעדי לרכישה.

**הערות:**

המערכת המוצעת נבדקה ואושרה ע"י יח' מע' מידע בהתאם לסימוכין ב'.

התקנת המערכת תבוצע בליווי נציגי מערכות מידע. יש לתאם מועד ההתקנה עם יח' מע' מידע.

יש לדרוש תקופת אחריות של שנתיים מיום ההתקנה במעבדה ותחילת השימוש בפועל.

על נציג היצרן להתחייב להציע, להתקין ולהפעיל את כל העדכונים ו/או השדרוגים של היצרן לגרסת התוכנה במהלך שתי שנות השימוש הראשונות בגרסה המוצעת.

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתיקים: דר' רון לבנטל  
דר' רם דולמן  
מר משה חמד