

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	המרכז
יחידה מזמינה:	
תאריך:	17/7/92

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095089926	מכשיר אולטראסאונד PACKAGED KOSMOS+TORSO+LINEAR

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-נסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ארדון
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510468051
מספר ספק בשיבא	1223
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$17,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

13 ביולי 2022
מספרנו: הני"ר/2022-0235
תיק: 1125

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: משלחות סיוע חוץ – חו"ד לרכישת מכשיר אולטרסאונד נייד מבוסס טאבלט.
דוא"ל מיום 22.6.22

בהתאם לסימוכין, נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח' לטובת משלחות סיוע חוץ.

מדובר במכשיר אולטרסאונד נישא בעל שני מתמרים, לשימוש בטני וקרדיאלי ומתמר ליניארי, המחוברים אל טאבלט ייעודי המשמש לצפייה בתמונות ההדמיה, לשמירה ואחסון תוצאות ההדמיה לפי פרטי המטופל.

מצבי העבודה הדרושים לצורך הדמיה הינם:

- 2D
- M-mode
- Color Doppler
- Pulse Wave Color Doppler
- Continues Wave Color Doppler

כמו כן נדרשת אפליקציית (AI) Artificial Intelligence diagnostic.

ליצרן KOSMOS קיים מענה מלא למכשור הדרוש למשתמש – הדגם Torso One.

בבדיקה שנערכה עם נציגי יצרנים מקבילים כדוגמת פיליפס, הוברר כי לא קיים מענה לאולטרסאונד מבוסס טאבלט המשלב את כל האפליקציות ומצבי ההדמיה הדרושים.

לציון כי הקשר שבין המתמרים למכשיר הטאבלט הינו ספציפי ולא ניתן לחבר את המתמר לכל מכשיר טאבלט. ליצרן קיימת אפליקציה ייעודית המאפשרת צפייה בתמונות ההדמיה במערכות מבוססות אנדרואיד.

הבהרה: הדגם הנ"ל לא אושר ע"י יח' מערכות מידע לחיבור לרשת שיבא מהיבט אבטחת מידע.

היות ולא נמצאה חלופה לדגם Torso One מתוצרת KOSMOS, יש לראות ביצרן זה ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' 22000908 (לפריט 2 בלבד) שניתנה ע"י חברת "ארדון ציוד רפואי".

מקור תקציבי לרכישה – סעיף 40226 בהתאם לסימוכין הרצ"ב.

הערות למימוש:

- יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל.
- תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.
- על נציג היצרן להתחייב למתן הדרכה מלאה, הן לצוות הרפואי והן לצוות הטכני של ביה"ח (ברמת טכנאי יצרן!), תוך השתתפות בפועל במספר הפעלות ראשוניות, על מנת להבטיח שימוש ואחזקה נכונים בדגם המוצע.
- על ההזמנה לכלול ספרות הדרכה ושירות אשר תסופק עם המכשור באופן דיגיטלי.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתק: מר יואל הר-אבן