

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הכריא
יחידה מזמינה:	אולפא סיני-מה! אס
תאריך:	26/7/22

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1095089934	CARESCAPE PDM
1	1095087482	(CARESCAPE B450 V3 (ATO MODEL
3	1095052502	MODULE S/S SINGLE WIDTH AIRWAY- E-MINIC
5	1040024242	ACCESSORIES
4	1040024234	BED RAIL HOOK

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

21 ביולי 2022  
מספרנו: הני"ר/2022-0307  
תיק: 9003, 1120

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' הרכש

הנדון: רפואת שיניים פה ולסת/חדר ניתוח פה ולסת – חו"ד לרכישת מוניטור נייד מודולרי.

רשימת הצטיידות- חדר ניתוח פה ולסת

בהתאם לסימוכין, נדרש לרכוש מוניטור נייד בכמות של 1 יח', אשר ישמש להעברת מטופלים למחלקות התאוששות וטיפול נמרץ בהתאם לצורך.

המוניטור הנייד הדרוש הינו מדגם B450 מתוצרת GE-DATEX לצורך שמירה על קורלציה עם מכונת ההרדמה ומוניטור ההרדמה המודולרי שהינו מתוצרת אותו היצרן, וכן עם מערכות הניטור במחלקות התאוששות וטיפול נמרץ. זאת כדי לאפשר ניטור רציף בין חדר הניתוח/טיפולים, ההתאוששות, הטיפול נמרץ והאשפוז ללא צורך בניתוק/חיבור החולה, כפי שמתבקש כאשר קיימות מערכות ניטור שונות.

שיטת העבודה היא כזו שמתופל המוכנס לטיפול בחדר ניתוח מחובר אל מוניטור ההרדמה המודולרי. בתום הטיפול, מועבר החולה למח' ההתאוששות, כאשר הוא מנוטר ברציפות. על מנת לשמור על רציפות זו אין כל צורך בניתוק החולה ממוניטור ההרדמה, כל שנדרש הינו הוצאת המודול או המודולים ממוניטור ההרדמה והכנסתם למוניטור המודולרי הנייד המצוי בחדר הניתוח.

במח' ההתאוששות מועבר המודולים אל המוניטור הקבוע הצמוד למיטת המטופל (Bedside Monitor) לתקופת ההתאוששות. המוניטור הנייד מוחזר לחדר הניתוח עם המודולים שהוצאו מהמוניטור הקבוע שבהתאוששות כדי שמוניטור ההרדמה יכלול את כל המודולים הנדרשים לפעילות ניטור נוספת.

לאור הני"ל, למען השמירה על אחידות המערכות ורציפות הניטור, הטיפול והתפעול, כולל השימוש באביזרים, פרובים ופריטים מתכלים, יש ראות ביצרן GE-DATEX ספק בלעדי לרכישה זו.

רצ"ב הצעת חברת "לבנט טכנולוגיות" מס' PQ22L00260 למוניטור נייד דגם B450, אותה יש לממש במלואה.

ההצעה כוללת מודול רב-פרמטרי דגם PDM (לניטור הפרמטרים 3/5 lead ECG, HR, NIBP, IBP, SpO2, TEMP), מודול דגם E-mimiC לניטור ETCO2, תופסן לתלייה למיטה וכל הכבלים והאביזרים הדרושים להפעלה מלאה ותקינה.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים (לחלפים ועבודה), החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושירות (Manual Service) אשר תסופק עם המכשור באופן דיגיטלי.

בברכה,  
מיטל ביסטרי-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוח: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' נועם ירום  
גב' מרינה אבאיב  
גב' רינה בצלאל