

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

25 ביולי 2022
מספרנו: הנ"ר/2022-0313
תיק: 7006-6, 1125

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: קרדיולוגיה לא פולשנית/מכון אקו לב –
חוו"ד לרכישת מכשיר אולטרסאונד קרדיאלי דגם SPARQ.

ת. השבתה

בשימוש מח' קרדיולוגיה מכשיר אולטרסאונד קרדיאלי מדגם SPARQ תוצרת PHILIPS (מס' סידורי US61310048).

המכשיר נמצא תקול והובהר כי אין כדאיות כלכלית לתקנו, היות ועלות התיקון כמעט זהה לרכש מכשיר חדש (21,280 דולר לעומת 22,000 בהתאמה). לפיכך המכשיר הושבת.

רצ"ב תעודת השבתה למכשיר אשר כנגדו יש לרכוש מכשיר חדש. לציין כי למחלקה לא קיים מכשיר חלופי לביצוע בדיקות POC.

ניתנה ע"י נציגת היצרן פיליפס, חברת "מדטכניקה" הצעה בעסקת טרייד-אין לרכישת דגם SPARQ אשר שימש להדגמות, בעלות של 16,000 דולר+מע"מ. המכשיר הוצע ללא מתמר קרדיאלי היות והקיים תואם למכשיר החדש ולכן ההחלפה הינה למכשיר בלבד. עלות מתמר הינה 3,600 דולר.

מומלץ לממש הצעת חברת "מדטכניקה" ולראות ביצרן פיליפס ספק בלעדי לרכישה לנוכח העבודה כי למכשור מתוצרת PHILIPS בלבד קיימת תאימות למתמר המצוי בשימוש המחלקה, ולנוכח הכדאיות הכלכלית של העסקה.

הערות:

- תינתן תקופת אחריות של 12 חודשים.
- המכשיר המוצע הינו משנת ייצור 2020 ושימש בהדגמות במספר בדיקות בודדות.
- יסופק עם גרסת תוכנה העדכנית והאחרונה של היצרן.

בברכה,
מיטל בן-סטרן-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתק: מר מיכאל יעקבלב