



ב' באלול, התשפ"ב
29 אוגוסט 2022

סימוכין : 896465122

**לכבוד
משתתפי המכרז
שלום רב,**

הנדון: מכרז מס' 26/2022 אספקת מיטות רפואיות סיעודיות חשמליות עבור היחידה למכשירי שיקום וניידות - משרד הבריאות – מענה לשאלות הבהרה - סבב שני

1. בהתאם להוראות מכרז מס' 26/2022 שבנדון (להלן: "המכרז"), להלן טבלת התשובות לשאלות הבהרה אשר הוגשו בקשר עם המכרז – **תשובות להבהרות - סבב שני**. מענה זה לשאלות הבהרה בא בנוסף למענה לשאלות שהמשרד הפיץ מתאריך 19.7.2022.
2. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים מכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה, אלא אם נאמר אחרת. לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם הינם כמפורט במכתב זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
4. **לתשומת לב המציעים:** בעת הגשת ההצעה בהתאם להוראות המכרז, על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך זה חתום על ידו בהתאם להוראות המכרז.
5. **ביטול תנאי סף בנושא הכנה לעמודי עירווי בפינות המיטה:** במכרז שפורסם, במסגרת תנאי הסף הטכניים למוצר, המציע נדרש בין היתר שהמיטה תכלול הכנה ל-2 עמודי עירווי בכל אחת מפינות המיטה, בצדי המראשות, בהתאם לעובי עמוד עירווי – 12 מ"מ, כולל בידוד מחומר פלסטי עמיד (Nylon): ראה תנאי סף בסעיף 5.4.6.4.7 (מיטה קטגוריה א'), סעיף 5.4.7.7.2 (מיטה קטגוריה ב'), סעיף 5.4.8.7.3 (מיטה קטגוריה ג'), סעיף 5.4.9.7.3 (מיטה קטגוריה ד'). בפועל, בכל ארבע הקטגוריות, דרישה זו אינה מהווה תנאי סף ו/או דרישת איכות, אלא הינה בבחינת דרישה אופציונלית בלבד. להנחיות נוספות בנושא הכנה לעמודי עירווי, ראה סעיף 2 במענה לשאלות הבהרה שלהלן.
6. **יצוין כי מספר מציעים פוטנציאליים פנו בשאלות שאינן נוגעות לתיקונים שנערכו במסגרת שאלות הבהרה הקודמות.** כפי שצוין במסגרת מענה לשאלות הבהרה מתאריך 19.7.2022, שאלות הבהרה הנוספות נועדו לאפשר מענה ביחס לנושאים שבהם הוכנסו שינויים מהותיים בלבד (סעיפים 5 עד 10 במענה לשאלות הבהרה הקודם). בהתאם לכללים שפורסמו וכדי לא לפגוע בשוויון לא נכללו במענה זה שאלות שחרגו מהכלל האמור.

7. מועד אחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ונקבע לתאריך 18.9.2022 שעה 12:00.



להלן שאלות המשתתפים במכרז ותשובות המשרד:

#	עמוד בחוברת המכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	תשובת המשרד
1.	12	5.4.6.7.1	<p>בנוגע לסעיף 5 בהקדמה במענה לשאלות – שיניתם משקל נשיאה מקסימאלי למיטה 170 ק"ג (לפחות) במקום האפיון הקודם שהיה 175 ק"ג (לפחות). מלכתחילה נכתב אפיון מקצועי מאוד לפי הצורך והדרישות עבור מטופלים - ספק פונה ואומר שלא יכול לעמוד במפרט המיטה שכתבתם ואז משנים כדי שיעמוד בתנאים ???</p> <p>אנחנו ואחרים כן עומדים בדרישה, לשנות אפיון ולהקל במשקל הנשיאה ולהוריד את הרמה כי ספק מסויים אומר שאינו עומד בדרישות הסף ???</p> <p>אבל יותר חשוב, איך משנים דרישות סף של מכרז כדי להתאים את הדרישות במכרז למיטה של ספק – ועוד נכתב שחור על גבי לבן שמשנים כי המיטה של ספק מסויים לא עומדת בתנאי סף.</p> <p>מבקשים להשאיר את האפיון הראשוני שנכתב ולא להתאים את המכרז למוצר של ספק לפי בקשתו.</p>	<p>הבקשה נדחית. תנאי הסף המדובר עודכן ל 170 ק"ג כדי לאפשר הגדלת התחרות, וזאת לאחר התייעצות עם הגורמים המקצועיים במשרד ולאחר בחינה טכנית של הבקשה. בנוסף, גם במכרז קודם משנת 2012 הדרישה הייתה כושר נשיאה 170 ק"ג. למעשה מדובר בתיקון טעות.</p>
2.	12 וגם עמוד 64	5.4.6.7.4 וגם עמוד 64 סעיף 7.3	<p>בנוגע לסעיף 8 בהקדמה במענה לשאלות – אפיון ההכנה לעמוד עירוני הנדרשת</p> <p>1. ביקשתם הכנה ל 2 עמודי עירוני בכל אחת מפניות המיטה, אם אני מבין נכון, אתם רוצים בכל פינה (4 פינות) 2 הכנות לעמוד עירוני, כלומר 8 הכנות ??? למיטב הבנתנו הכנה לעמודי עירוני איננה תנאי סף. במקום זאת, נדרשת אופציה של הכנה ל 2 עמודי עירוני בלבד.</p> <p>2. מלכתחילה הכנה לעמוד עירוני הייתה אפשרות, ולא תנאי סף, למה כעת מוגדרת כתנאי סף? אנא עיינו בעמוד 64 סעיף 7.3 מצוין שאינו תנאי סף ויש לציין אם קיים בנספח 16</p> <p>לפיכך, מבקשים שתבהירו: 2 עמודי עירוני כאופציה (עמוד אחד בכל אחד מצדי</p>	<p>הבקשה מתקבלת. להלן הבהרה בנושא הכנה לעמודי עירוני: במיטה המוצעת, ניתן לכלול הכנה ל- 2 עמודי עירוני – עמוד עירוני בכל אחד מצדי המראשות. עובי עמוד עירוני – 12 מ"מ, כולל בידוד מחומר פלסטי עמיד (Nylon). כאמור, בניגוד לאמור במענה לשאלות הבהרה הקודם, ובניגוד לאמור במכרז שפורסם, אין מדובר בתנאי סף ו/או דרישת איכות, אלא מדובר בדרישה אופציונלית. העדר הכנה לעמודי עירוני כאמור לעיל לא יגרום לפסילת ההצעה. הנחייה זו רלוונטית לכל 4 הקטגוריות א' עד ד'. הסעיפים הרלוונטיים במכרז הינם: סעיף 5.4.6.4.7 (מיטה קטגוריה א'), סעיף 5.4.7.2 (מיטה קטגוריה ב'), סעיף 5.4.8.7.3 (מיטה קטגוריה</p>



#	עמוד בחוברת המכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	תשובת המשרד
			המראשות), הכנה לעמודי העירוני אינה תנאי סף.	ג), סעיף 5.4.9.7.3 (מיטה קטגוריה ד'). הדרישות במכרז שעניינן הכנה לעמודי עירוני יישארו ללא שינוי, למעט העובדה שמדובר כאמור בדרישה אופציונלית, שאינה בבחינת תנאי סף ו/או דרישה המקנה ניקוד איכות.
3.	47	8.2	אפשרות שדרוג ממיטה מחודשת למיטה חדשה: במכרז צוין שהמשרד מאשר לספק מיטות מקטגוריה א' בלבד, אלא אם כן יש אישור מיוחד לספק לזכאי מיטה מקטגוריה אחרת. כמו כן במכרז צוין שבעדיפות ראשונה ניתן אישור לספק מיטה מחודשת ולא מיטה חדשה. כיום נותנים לזכאי אפשרות לשדרג ממשומש לחדש - האם זה כן יהיה במכרז ?	במכרז החדש אין אפשרות לשדרוג בין קטגוריות ב-ד. יחד עם זאת הזכאי רשאי לבקש מיטה חדשה במקום מיטה מחודשת, בכפוף לאישור המשרד. במקרה כזה הזכאי נדרש לממן את ההפרש בעצמו (ההפרש בין מחיר מיטה מחודשת למחיר מיטה חדשה).
4.	38	16.3	תוספת 300 ש"ח כולל מע"מ לאספקת מוצר חדש לאתר מדרום לדימונה ובתחומי מ.א. תמר: מדוע בתשובתכם בהבהרות שיניתם ונכתב שרק באספקת מוצר חדש תשפו ב 300 ש"ח? ראשית, לא מופיע ככה בניסוח המכרז. ושנית, עלויות ההובלה זהות בין מוצר חדש ללא חדש. השיפוי של 300 ש"ח שייך בכל אספקה שהיא. מבקשים להשאיר השיפוי בכל אספקה - חדש ומשומש	הבקשה מתקבלת: תוספת 300 ש"ח כולל מע"מ לאתר מרוחק מדרום לדימונה ומ.א. תמר תאושר כאשר מדובר באספקה של מיטה חדשה וגם כאשר מדובר באספקה של מיטה מחודשת.
5.	5	4	מבקשים להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות ב- 30 ימים לכל הפחות. לא ברור מתי תינתנה תשובות לשאלות ההבהרה ואילו שינויים יחולו במסמכי המכרז (אם יחולו) – ולכן בשלב זה לא ניתן להדפיס את מסמכי המכרז ולהתחיל בהחלטות. פרק הזמן הקיים כיום, כל שכן שיוותר לאחר המענה כנ"ל, אינו סביר.	לעניין מועד אחרון להגשת הצעות, ראה הנחייה בסעיף 7 במבוא לעיל
6.	10	5.4.6.4.3	דפנות צד - גובה הדפנות במצב מורם - 36 ס"מ לפחות מעל מצע המזרון: מבוקש לתקן במקום "36 ס"מ לפחות מעל מצע המזרון" לרשום "30 ס"מ לפחות מעל מצע המזרון" או "42 ס"מ מעל מצע המיטה". לפי דרישות משרד הבריאות למיטות סיעודיות – גובה הדופן צ"ל בין 35-40 ס"מ מעל מצע המיטה ולכן דרישת הסף הנ"ל, כפי שהיא	אין שינוי בדרישות. תשובה לשאלה זו ניתנה בסעיף 151 במענה לשאלות הבהרה קודם מתאריך 19.7.2022: תקן EN60601-2-52, אשר מיטה חייבת לעמוד בו, דורש 36 ס"מ לפחות מעל מצע מיטה/מזרון, וזה



#	עמוד בחוברת המכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	תשובת המשרד
			מופיעה כעת במסמכי המכרז, אינה תואמת את דרישת משרד הבריאות ומבוקש לתקנה כנ"ל.	אכן מה שמופיע בסעיף 4.3 של המפרט הטכני. דרישה של 36 ס"מ לפחות מעל מצע המזרון (משטח עליון של המיטה) היא דרישה פחותה לעומת הבקשה של המציע. יחד עם זאת התקן האירופאי הנ"ל דורש 22 ס"מ לפחות מעל המזרון, כלומר אם עובי המזרון הוא 12 ס"מ, הגובה הנדרש הוא 34 ס"מ, ובמידה ועובי המזרון 15 ס"מ העובי הנדרש הוא 37 ס"מ מעל מצע המזרון. בתקן לא קיימת דרישה ל-42 ס"מ. יצויין שמדובר במכרז מיטות אשפוז ביתיות, ולא קיימת במכרז דרישה לעמוד בתקן של משרד הבריאות למיטות סיעודיות של בתי אבות או בתי חולים או בתי חולים מיוחדים.
7.	22	6.8	מבוקש להתאים את הסעיף לנוסח ההצהרה שבנספח א'4 - ההצהרה הנדרשת בנספח היא של גורם מוסמך מטעם המציע מאומתת על ידי עו"ד המציע ולא הצהרה של עורך הדין של המציע באופן אישי כפי הרשום בסעיף 6.8.	לצורך עמידה בתנאי סף בסעיף 5.2.8 בנושא שימוש בתוכנות מקור, המציע נדרש לצרף להצעה את נספח א'4 חתום על ידי מורשה החתימה של המציע כתצהיר בפני עו"ד.
8.	22+23	6.13+6.14	תנאי הסף בסעיף 5.3.1: המציע סיפק לפחות 100 מיטות במהלך שנה, במשך שלוש שנים כלשהן, מתוך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז: מדובר בסעיפים המתייחסים לאופן הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף בסעיף 5.3.1. מסעיף 6.14 ניתן להבין כאילו תנאי הסף בסעיף 5.3.1 מתייחס לאספקת מיטות לאנשים פרטיים – כאשר אין דרישה כזו בתנאי הסף עצמו או בסעיף 5.13 (שבו מובהר במפורש כי משרד הבריאות ייחשב כלקוח לצרכי סעיף זה). לכן מבוקש להבהיר כי ניסיון האספקה אינו חייב להיות רק ללקוחות שהם אנשים פרטיים או למשרד הבריאות (כפי שעלול להשתמע מקריאת הסעיפים הללו) אלא שניסיון אספקה למוסדות נוספים – כגון	תנאי סף בסעיף 5.3.1: אין בתנאי הסף דרישה שהמיטות סופקו דווקא ללקוחות פרטיים. אפשר שהמיטות סופקו גם ללקוחות שאינם פרטיים. בסעיף 6.13 וסעיף 1.14 נקבע דרך הוכחת תנאי הסף. בהתאם לנדרש בסעיף 6.13, על המציע לפרט את שמות הלקוחות שלהם סיפק את המיטות (בין אם מדובר בלקוחות פרטיים ובין אם בלקוחות שאינם פרטיים). מטרת סעיף 6.14 להבהיר שאם הספק סיפק את המיטות ללקוחות פרטיים והוא מנוע מלהעביר את פרטיהם למשרד, על מנת שלא לחשוף את שמותיהם, המציע רשאי לצרף אישור רו"ח לאימות



#	עמוד בחוברת המכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	תשובת המשרד
			משהב"ט, מוסדות סיעודיים וכד' יילקח אף הוא בחשבון. בנוסף, מבוקש לאפשר שילוב בין שני אופני ההוכחה – כלומר אפשר וחלק מהיקף אספקת המיטות השנתי המינימאלי הנדרש (100) סופקו ללקוחות מוסדיים וחלק ללקוחות פרטיים כאשר אישור רואה החשבון כאמור בסעיף 6.14 יתייחס ללקוחות הפרטיים.	עמידת המציע בתנאי זה במקום הנדרש בסעיף 6.13.
9.	31	15.5	בטבלה - בעמודת "סעיף במפרט הטכני" השתבשה ההפניה במספר מקומות.	בנוסח המעודכן של המכרז שמופיע באתר משרד הבריאות ההפנייה תקינה.
10.	36	15.2	חל שיבוש במספור סעיפי המשנה בסעיף 15 שכן בעמוד 31 כבר מופיע סעיף 15.5.	בנוסח המעודכן של המכרז שמופיע באתר משרד הבריאות ההפנייה תקינה: אמות המידה לניקוד האיכות לכל מוצר מפורטות בסעיפים 15.5.1 עד 15.5.4.
11.			מבוקש לצרף טופס בו ימולאו פרטי ממליצים להם סופק ציוד רפואי וכן להבהיר האם יש לציין מספר ממליצים מינימאלי מהם יפנה המזמין לפי שק"ד ל-3 ממליצים (או פחות) או מספיק לציין 3 ממליצים בלבד. מבוקש להבהיר האם דין ממליץ שהוא אדם פרטי לו סופק מוצר אחד כדין ממליץ מוסדי.	בנושא פירוט נתוני ממליצים, ראה הנחיות בסעיפים 15.6 עד 15.13 עמודים 36 + 37. את נתוני הממליצים יש לפרט באמצעות הטבלה בסעיף 10 עמוד 120. ממליץ שהוא אדם פרטי לעומת ממליץ שהוא מוסדי: לכל המלצה ינתן משקל זהה.
12.	עמוד 5, כריכה,	4.2	מועד הגשה , 18/8/2022 - הזמן שאפשרתם להכנת המכרז אינו מספק (גם לנוכח ההמתנה הצפויה לתשובותיכם לשאלות אלו). אנא אפשרו לפחות 21 ימי עסקים להגשת המכרזים מרגע מתן תשובותיכם לשאלות אלו.	לעניין מועד אחרון להגשת הצעות, ראה הנחייה בסעיף 7 במבוא לעיל
13.	66, 67, 80, 81, 94, 95, 107, 108	ג. (וגם בקטגוריות המוצרים האחרות)	"מחירי תקרה חלקי חילוף" – אמנם ניכר ששינייתם במעט חלק ממחירי חלקי החילוף, אך המחירים החדשים עדיין אינם משקפים את המציאות של המחירים כיום. עדיין חלק משמעותי מהמחירים של חלקי החילוף נמוכים משמעותית ממחירי אותם החלקים בהשוואה למכרזים הקודם מלפני 11 שנים (שנכתב ב-2011), ודורשים תיקון והתייחסות נוספת, אחרת נמצא את עצמינו מממנים את חלקי החילוף עבור המכרז, מה שלא מתקבל על הדעת. להזכירכם, כל	אין שינוי בדרישות. הסכומים עודכנו במסגרת הפרסום מחדש. הספק יביא בחשבון את כל המחירים בבואו לתת הצעת מחיר.



תשובת המשרד	פירוט השאלה	סעיף במכרז	עמוד בחוברת המכרז	#
	<p>מחירי החלקים (כמו גם מחירי המוצרים עצמם) עלו מספר פעמים מאז 2011 ועד היום ובאחוזים ניכרים, ובוודאי שלא ירדו מאז. אנא תקנו את מחיריהם של כל חלקי החילוף, ובמיוחד את מחירי המנועים המשולבים / מנגנון נעילת דופן צד / מעקות / מוביל לדופן צד / תושבת לדופן צד / מראשה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי דמוי עץ / מרגלה עם מסגרת מתכתית ולוח עשוי דמוי עץ / מנוע LOW-HI.</p>			
<p>אין שינוי בדרישות. בסעיף 1.8 של המפרט הטכני נדרש שמצע המיטה הינו רשת מרותכת למסגרת המיטה (ללא חיבורים פלסטיים). בנוסף, בסעיף 9.4 של המפרט הטכני, בפרק אביזרים אופציונליים, צוין שקיימת אפשרות לכך שמצע המיטה עשוי מחומר לא מחליד (הכוונה מתכת/אלומיניום או פלסטי) או HPL או ABS. מובהר כי חומרי עץ ו/או צלעות עץ אינם מאושרים.</p>	<p>"מצע המיטה" – דרישתכם למצע עשוי מתכת (רשת או צלעות) כמובן אפשרית (כמו במכרז קודם), אך לידיעתכם עקב המצב הגאו פוליטי (ובמיוחד המלחמה באוקרינה) מחירי המתכת עלו משמעותית במהלך החודשים האחרונים, מה שיגרום באופן ישיר לעליה במחירי המיטות שאנו מתכוונים להציע במכרז. הפתרון החלופי המוצע ע"י היצרן שלנו הינו צלעות עץ מחוזקים ואמידים במיוחד, מה שיאפשר הפרש משמעותי לטובה במחיר המוצע של כל ארבעת הדגמים, עם צלעות עץ במצע המיטה, במקום מתכת. ההפרש בין שתי האופציות יהיה בין 10%-12% בממוצע לכל מיטה (לטובת צלעות העץ כמובן), ולמכרז כולו מדובר על הרבה מאוד כסף ציבורי שאין הצדקה של ממש להוציאו. לידיעתכם, מצע צלעות העץ הינו הפתרון המקובל והפופולארי ביותר בכל מדינות אירופה כבר שנים רבות, ואינו משפיע לרעה כהוא זה על תקופת האחריית של המוצר, על איכותו, ועל אמידותו לאורך שנים. אדרבא, צלעות עץ מקנות ערך נוסף של בלימת זעזועים לנוחות המשתמש, ביחס לפתרונות המתכת למיניהם, הידועים כמאוד קשיחים. אנא הוסיפו אופציה למשטח שינה בעל צלעות עץ על מנת למנוע מחירי מכרז גבוהים מהצורך, שאין להם כל סיבה מוצדקת במקרה זה.</p>	<p>1.8, 9.4, כמו גם בקטגוריות ב, ג, ו-ד</p>	<p>60, 66, כמו גם בקטגוריות ת, ב, ג, ו-ד</p>	<p>14.</p>



בברכה,

אורית אפרתי לב
מנהלת אגף הרכש