

תשובות לשאלות מצ 12299474 - מרכז לרכישת מבחנות לאיסוף דגימות מנוזלי גוף למרכז הרפואי

ע"ש ח. שיבא תל השומר

מס"ד	מס' סעיף במכרז	שאלה	תשובה
13	1	בסעיף זה לא מצוין שמבחנה מס"ד 13 עשויה זכוכית – האם מדובר בטעות? מבחנה זו PET לא מיוצרת מחומר	ניתן להציע גם מזכוכית
3	נספח 2	יש אי התאמה בין נספח 1 לנספח 2 – מידת המבחנה לא תואמת בין שני הנספחים, מה המידה הדרושה למבחנה מס"ד 3?	13X100
4	נספח 2	לא נוכל לתמחר מבחנה שאינה ביצור כיום, האם הדבר יפגע בהגשת ההצעה?	למיטב בדיקתנו המקדמית, לא רשומות בנספח זה מבחנות שאינן בייצור. יש להגיש הצעה בהתאם לסעיף 38.
4	ב15	מהו טווח המספרים האפשרי לקידוד המבחנה? (שתי הספרות לקידוד הברקוד למבחנת הפלסמה הדרושה)	טווח המספרים ייסגר עם הספק הזוכה במכרז
4	ג15	בטבלה נספח 2 מופיעה מבחנה בנפח השונה מהנפח המצוין בנספח 1 – אנא הבהרתכם מהו הנפח המבוקש? 3.5 מ"ל או 4.5 – 5 מ"ל?	תיקון סעיף 15ג: "על מבחנות הפלסמה להיות בנפח של 3.5 מ"ל לכל הפחות"
	21	הקידוד (שתי הספרות הראשונות) הינו יחודי לכל מציע, אנא הבהרתכם מה כוונת הסעיף?	כמפורט בסעיף 21
	23	האם מדובר על איפיון ברקוד עתידי? חדש?	מובהר כי מדובר בכל שינוי היזום ע"י הספק
	25	המכרז מחייב מלאי של 3 חודשים, לא תתאפשר אספקה עם זמן מדף של מעל 75% אנא התייחסותכם – מבחנות הקרישה ילדים מיוצרות עם תוקף של 6 חודשים בלבד	עבור פריטים בעלי תוקף עד 6 חודשים מעת הייצור, מאושר זמן מדף בעת האספקה שלא יפחת מ-50%
	39	האם הכוונה במכתב מלווה לקובץ טכני המאפיין כל מבחנה?	לכל סוג מבחנה יש לצרף מכתב מלווה כמפורט בסעיף 39, לרבות קובץ טכני שאינו במקום המכתב המלווה.
	46	האם נדרשות מבחנות לבדיקה נשוא מכרז זה גם כאשר בשימוש השוטף של ביה"ח שיבא כיום?	כן
5	ד	האם נדרש אישור שכזה גם במידה והספק מספק מזה שנים רבות לביה"ח שיבא?	כן
	ז	ישראל, ההזמנה לחברת בקטלאב דיאגנוסטיקה בע"מ BD הבהרה – ההצעה מטעם	ללא שינוי
15	ב	היערכות למבחנת פלסמה מבורקדת הינה כ 7 חודשים מהודעת הזכיה	מקובל
15		ע"פ סעיף זה – המזמין מתכנן לעבור עם הזמן לשימוש במבחנות פלסמה (במקום סרום) – כיצד אם כך יתבצע השיקלול הכלכלי? ע"פ מבחנת סרום בלבד? ע"פ מבחנת פלסמה בלבד? או על פי יחס מסוים ביניהם?	החישוב יבוצע בהתאם לסעיף 15ב' בחלוקה של 20:80 פלסמה:סרום, בהתאמה
26		נבקש לאשר החזרת סחורה כאשר תוקפה נמוך מ 4 חודשים מלבד מבחנות קרישה ילדים	מקובל

תשובה	שאלה	מס' סעיף במכרז	מס' סידורי
תיקון לסעיף 14: "המבחנות לבדיקת תפקודי קרישה יכולו בופר ציטראט ביחס של 1:9 "	בהתאם לדרישות NAACLS הארגון העולמי למעבדות קליניות, מבחנות לבדיקת תפקודי קרישת דם יכולו בפר ביחס של 1:9,	14	.1
בהתאם להנחיות היצרן	אחסון המבחנות מומלץ בטמפ' 4-C°-25. טמפ' גבוהות ישפיעו על פעולת המבחנה ולא ניתן יהיה לקחת דגימת דם. אי לכך, סעיף זה לא רלוונטי.	16. ח'	.2
ללא שינוי בשלב זה, למעט התייחסותנו למבחנות קרישה ילדים	המבחנות מגיעות לארץ בהובלה ימית ובנוסף להתחייבות למלאי של 3 חודשים בארץ, חיי המדף מתקצרים מעבר למתבקש. אי לכך, המבחנות יסופקו עם מינימום חיי מדף כדלהלן: מבחנות קרישת דם בנפחים שונים 6 חוד' מבחנות סרום/EDTA/ 8 חוד' מבחנות שקיעה 3 חוד'	25	.3
כמפורט בסעיף 26	החלפת המבחנות תהיה כנגד מבחנות שסופקו באותה עת למרכז הלוגיסטי של המרכז הרפואי עם חיי מדף קצרים מההתחייבות	26	4.
מועד הזמנה ראשונה ייקבע ע"י המזמין לאחר הזכייה. אספקת הטובין תהיה בהתאם לסעיף 32.	מועד הזמנה ראשונה יהיה בתאום עם המרכז הרפואי לאחר זמן היערכות למלאי	32	.5
ניתן להציע כאופציה נוספת על דרישת המכרז במחיר זהה	נרצה להציע מבחנה לתרבית שתן (שורה 12 בטבלה) עם תוסף שונה	נספח מס' 1	.6