

## ריפס עינת

**מאת:** ביסטרי-פסח מיטל  
**נשלח:** יום שלישי 25 אוקטובר 2022 15:49  
**אל:** עוקשי הלה  
**עותק:** נעים גאולה; ריפס עינת; ג'רסי רפאל  
**נושא:** התקבלה השגה במכרז שמספרו 12299593 שבאחריותך: FW

שלום הלה,

אודה להעברת התייחסותנו לוועדה:

מדובר ברכישה של משאבות עירויות דו-ערוציות למתן כימותרפיה מתוצרת BD-ALARIS אשר ישולבו במחלקות השונות במערך האונקולוגי, בו משמשות עוד כ- 350 משאבות מאותו הסוג.

חומר היצרן שהוגש ע"י החברה המשיגה אינו רלוונטי לנדרש ממשאבת עירויות דו-ערוציות למתן כימותרפיה. כמו כן, מדובר במכשור שאינו מוכר בארץ ומבדיקתנו באתר משרד הבריאות למכשור המוצע לא קיים אישור אמ"ר על שם הספק שהגיש את ההשגה, תנאים אשר הינם תנאי סף במכרזים שאנחנו מקיימים. מעבר לכך קיימת חשיבות רבה לשמירה על אחידות המכשור הנ"ל במחלקות מהיבט בטיחות השימוש ועל מנת לאפשר המשך עבודה סדירה במחלקות השונות.

לאור האמור לעיל נבקש להתקדם בהליך הרכש.

תודה

בברכה,  
מיטל ביסטרי פסח | מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית | מרכז הרפואי שיבא – תל השומר

טל': 03-5304700 | דוא"ל: [Meytal.BistryPessah@sheba.health.gov.il](mailto:Meytal.BistryPessah@sheba.health.gov.il)



**From:** ריפס עינת

**Sent:** Tuesday, October 18, 2022 1:27 PM

**To:** <Gili.Naim@sheba.health.gov.il> נעים גאולה; <Meytal.BistryPessah@sheba.health.gov.il> ביסטרי-פסח מיטל

**Cc:** <Hella.Okashi@sheba.health.gov.il> עוקשי הלה

**Subject:** FW: שבאחריותך 12299593 התקבלה השגה במכרז שמספרו

צהריים טובים,  
התקבלה השגה עבור מ.צ 12299593  
לטיפולכן,  
בברכה,  
עינת.