

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

26 באוקטובר 2022
מספרנו: הני"ר/2022-0401
תיק: 1003, 1129

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: טיפול נמרץ נשימתי – חו"ד לרכישת מכשיר ארון חימום נוזלים.

תכתובת מיום 25.9.22 – הצטיידות ט.נ.

בהתאם לסימוכין, נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות של 2 יח'.

להלן מאפייני המכשיר הדרושים:

- א. נפח אחסון של כ-24 בקבוקים של 1 ליטר.
- ב. בקרת טמפי נפרדת לחימום INJ ו-IRR.
- INJ : $32^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C} \pm +0/-1.7^{\circ}\text{C}$
- IRR : $32^{\circ}\text{C} - 66^{\circ}\text{C} \pm +0/-1.1^{\circ}\text{C}$
- ג. חלוקה פנימית באמצעות סלסלות/מדפים.
- ד. דלת זכוכית לצפייה בתכולה הפנימית.

רצ"ב הצעת חברת "סיסטמדיק" מס' PQ22000239 לדגם EC350L מתוצרת ENTHERMICS אשר נמצא עונה לכל שנדרש.

מבדיקה עם החברות "ברסלוינר" (נציגת STERIS), "מדלייף" (נציגת NATUS) ו"לבנט טכנולוגיות" (נציגת HERAEUS), לא נמצא מכשור המספק מענה מלא לכל הדרישות המפורטות לעיל.

ע"י חברת "מדלייף" הובהר כי הדגם Olympic Warmette 20 איננו משווק עוד.

לנוכח הני"ל, ניתן לראות ביצרן ENTHERMICS ספק יחיד לרכישה זו ולממשה בהתאם להצעת חברת "סיסטמדיק" בכמות 2 יח'.

על ההזמנה לכלול ספרות שרות והפעלה כמקובל.

תינתן תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים, כולל כיולים, בהתאם להוראות היצרן.

המכשיר ייקלט וירשם ע"י המחלקה לשירותים טכניים.

בברכה,
מיטל ביסטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' יעל חביב-ידיד
גבי ולריה נודלמן
מר שמשון אפללו