



24/11/22

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מוגבל מס' 223627 – תשובות לשאלות הבהרה

מס"ד	פרק/נספח	פירוט השאלה/הערה/ בקשה	תשובת מרת"א
1.	מפרט טכני	לא ברור מנוסח המכרז האם דרוש מיקרוסקופ פלורוסנטי או מיקרוסקופ שניתן לשידרוג לפלורוסנטי בעתיד?	בשלב זה נדרש מיקרוסקופ פלורוסנטי.
2.	מפרט טכני	יש דרישה לתכנת אנליזה, תכנה כזו מגיעה עם מצלמה. האם דרושה מצלמה.	נדרשת תוכנה. במידת ונדרשת מצלמה יש להוסיף הצעת מחיר למצלמה.
3.	מפרט טכני	האם המיקרוסקופ אמור להתאים למצלמה שנמצאת אצלכם?	לא בהכרח .
4.	מפרט טכני	אם יש דרישה למצלמה, נא לפרט דרישות מצלמה או שימוש מצופה למצלמה.	מצלמה צבעונית MP5 ומעלה - המצלמה תשמש לצילום תאים.
5.	מפרט טכני	מבקש להביא להדגמה בתוך 45 יום מיום הגשת המכרז.	לא מאושר

6.	מפרט טכני	ברשותנו מערכת, העונה לכל הפרמטרים המצוינים במכרז. יחד עם זאת, יש לנו פתרון כדאי מאוד כלכלית, אשר מצריך גמישות בדרישת סעיף " 1.10 – מקור אור ל 4 פילטרים פלורוסטנטים ". אנחנו מעוניינים להציע מקור אור 3 ערוצי לד + ערוץ רביעי ל brightfield/phase contrast. העונה לדרישות " 1.11 ציר אופטי לפלורוסנטציה עם צבענים GFP,RFP,DAPI".	ניתן לספק גם מקור אור לד + 3 פילטרים פלורוסטנטים) (GFP,RFP,DAPI
----	--------------	---	---

בכבוד רב,
 יורם הלוי
 מנהל יחידת מכרזים