

ט/ס 31

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

פניה לוועדת המכרזים בענין פטור ממכרז
דרישה-20206266

1. לצורך רכישת ראגנטים למכשיר LIAISON MDX למעבדה הבקטריולוגית פנינו לחברת דיאסורין(42240)
2. וקבלנו הצעתה בסך : 149,000 ₪ כולל מע"מ
3. (לפני מע"מ 127,350 ₪)
4. בקשה לשנתיים-מחיר ללא שינוי
5. רצ"ב נימוק ספק יחיד חתום ע"י ד"ר שרון עמית-מנהלת המעבדה למיקרוביולוגיה

24/11
 משרד הבריאות
 מנהל המכרזים
 משרד הבריאות
 מנהל המכרזים
 משרד הבריאות
 מנהל המכרזים

חתימה

רכש ראגנטים

אורנה ארליך

7.11.22

תפקיד

שם החותם על חו"ד

תאריך

Handwritten signature

פרטי- כל מס'

12299700

בתאריך: 30.11.22 דנה ועדת המכרזים בפניה והחליטה כדלקמן :-

וועדת המכרזים אישרה פטור

ממכרז ספק יחיד ע"פ תקנה 3 (13) א'

וזאת בהמשך לחו"ד הגורם המקצועי.

מר דרי לוי

עו"ד עודד גרני

גב' מרינה ליפשיץ

רו"ח אירית אברמוביץ

פרופ' ברקנשטט חיים



אגף מעבדות
נימוק "ספק יחיד"

שם הפריטים:

- P. jirovecii Primer Pair
- Univ. Disc
- 2Xuniversal master mix
- Simplexa extraction and amplification
- Exact Positive control
- Simplexa Bordetella direct kit
- Simplexa Bordetella Positive control kit

לפי הצעת מחיר מס': חברה: **דיאסורין** תאריך:

סכום כולל מע"מ: 149.000 ש"ח סעיף תקציבי: _____

אנו מבקשים להכיר בסוכן הנ"ל **ספק יחיד** לצורך רכישת הפריטים לעיל מהנימוקים הבאים:

■ ספק יחיד ואין בלתו.

- ספק יחיד העונה על כל הצרכים (פרט שמות הספקים הפוטנציאליים, ונמק על אלו צרכים ספציפיים עונה הפריט שאין לו מענה אצל הספקים האחרים).
- ספק יחיד, לחומרים/ציוד מתכלה היחידים המתאימים למכשיר זה (פרט שם המכשיר והיצרן).
- רכישה במסגרת עסקת ראגנטים עפ"י מכרז פומבי/סגור מ"צ _____
- אחידות מערכת (פרט הצרכנים הנוספים בבי"ח לפריט זה ומדוע חשובה האחידות).
- אחידות שיטת הבדיקה (פרט באיזה בדיקה מדובר ומדוע חשובה האחידות).
- אחר (פרט).

פירוט הנימוקים המקצועיים:

במערכת MDX של חברת דיאסורין יש אפשרות לבצע את שתי הבדיקות המולקולריות Pneumocystis jirovecii ו-Bordetella pertussis ישירות מדגימות קליניות (sample-to-result) במכשיר אחד. המערכת מאושרת ע"י ה-FDA ויתרונה הוא בביצוע המהיר (זמן hands-on קצר מאד), הפשוט (ללא צורך בתקופת הכשרה ממושכת) והסמי-אוטומטי של הבדיקה, וביכולתה לתת ערך כמותי. הטכנולוגיה הוכיחה את עצמה במספר מרכזים רפואיים ברחבי הארץ ובחול.

בדיקת Bordetella pertussis חשובה מהסיבות הבאות:

- א. קלינית: בילדים קטנים מדובר במחלה קשה וקטלנית ויש להתאים טיפול מתאים.
- ב. אפידמיולוגית: חולי שעלת מחוייבים בבידוד. מדובר במחלה מדבקת מאד עם תחלואה ממושכת וקשה ולכן כל הנחשפים לחולי שעלת צריכים לקבל טיפול מונע מהר ככל האפשר. החמצה של זיהוי המחלה בגלל עיכוב בזיהוי עלולה להביא לנחשפים רבים בסביבת בית חולים. המערכת המדוברת מהירה במיוחד ומספקת תוצאה כמותית.

כותרת:	
נוהל מספר:	גירסה מספר:
עמוד 2 מתוך 2	מחליף גירסה:
סוג הנוהל:	התחום:

בדיקת Pneumocystis jirovecii (PCP) מזהה פטריה הגורמת זיהום נשימתי קשה וקטלני בחולים מדוכאי חיסון. מדובר בבדיקה נדירה יחסית ודחופה כיוון שהטיפול בחולה הוא דחוף מאד מחד ולא נכלל בבטריית הטיפולים האמפיריים, וטוקסי מאד מאידך. מערכת MDX היא בעלת טכנולוגיה ייחודית ובאפשרותה לספק תוצאה רגישה, ומהירה לבדיקות PCP דחופות. נקודת חוזק נוספת שלה היא מתן ערך כמותי לתוצאה (CT) שהוא חשוב ביותר להחלטות רפואיות. לציין כי הבדיקה שבשימוש היום הינה צביעה ומיקרוסקופיה, הנחשבות לא רגישות מספיק.

שרון עמית MD PhD
מ.ר. 35531
מנהלת המעבדה למיקרוביולוגיה
מרכז מאיני ע"ש חיים שיבא

תאריך	שם המעבדה	קוד מעבדה	חתימת מנהל המעבדה
30.10.2022	מקרוביולוגיה	71100	

* לתשומת לב המעבדה: נא לציין בהצעת הייחור המצ"ב את מק"ט תה"ש של כל אחד מהפריטים

– להזמנת כימיקלים בלבד –

אישור הנהלת אגף מעבדות

לא מאשר

מאשר

נימוקים:

תאריך: 2/11/22 פרטי המאשר:

F-LABS0005111-2-02