

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

29 בנובמבר 2022
מספרנו: הני"ר/2022-0444
תיק: 8005, 1207

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרפ"ב

הנדון: מעבדה מטבולית/יח' למחקר ואבחון מחלות מיטוכונדראליות –
חוו"ד לרכישת מכשיר ספקטרו-פוטומטר.

דוא"ל מיום 18.4.22

1. נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות של 1 יח' עבור יח' המחקר במעבדה המטבולית.
 2. מדובר מכשיר לביצוע אנליזה מלאה של ספקטרום קרינת UV-Visible בתחום אורכי גל של 200-999nm לדגימות בפורמט 6-384 באריות, קיבטות ודוגמאות בנפח קטן.
 3. להלן דרישות המשתמש מהמכשיר:
 - יח' אינקובציה בטווח טמפ' של עד 65°C .
 - יח' טלטול לדגימות מסוג לינארי ואורביטלי.
 - יכולת סקירה קינטית (Kinetic scanning).
 4. רצ"ב הצעת חברת "לומיטרון" מס' LUQ22-1120 לדגם BioTek Epoch 2 מתוצרת AGILENT. לא נמצאה חלופה העונה לכל דרישות הסף המפורטות לעיל ולפיכך יש לראות ביצרן AGILENT באמצעות נציגו, ספק יחיד לרכישה זו.
- מקור תקציבי לרכישה – בהתאם לסימוכין הרצ"ב.**
5. על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושרות (Manual Service) אשר תסופק עם המכשור במדיה דיגיטלית.
יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה במעבדה והשימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים, כולל כיולים, ע"פ הוראות היצרן.

בברכה,
מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' טל ירדני
דר' לורן פטריק