THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

שיבא
תל השומר
עיר הבריאות של ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

TEL. 972-3-5303388/3917 .טל
FAX. 972-3-5303387 .פקס
1

28 בספטמבר 2022
מספרנו: הנ"ר/2022-0382
תיק: 1-1111, 7002

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: **מערך אונקולוגי – חוו"ד לרכישת מערכות עירוי רב-ערוציות לכימותרפיה.**

דוא"ל מיום 18.9.22

בסימוכין נדרשת רכישה של המערכות שבנדון בכמות של 200 יח'.

מכשור העירוי במערך המטואונקולוגי מבוסס על מערכות עירוי מודולריות מתוצרת BD-ALARIS. מדובר במערכת המורכבת מיחידה מרכזית (PC unit) ומשאבות עירוי נפחיות/מזרק (מודולים) המתחברות ליחידה המרכזית באופן מודולרי. בין היתר, המערכת יכולה לשמש כמשאבת עירוי דו-ערוצית. במוסד הרפואי כ- 350 מערכות עירוי מסוג זה.

התאמת המערכת לצרכי המערך האונקולוגי והמטואונקולוגי נבחנה בתחומים הבאים:

- התאמה למתן כימותרפיה (הטיפול המרכזי והמורכב ביותר הניתן במערך) מבחינת אופן מתן התרופה, הסטים והפרוטוקולים.
- התאמה לשימוש עם תוכנת CATO, לניהול מידע ותהליכים בתחום העירוי.
- המערכת נבחנה ע"י הצוות הרפואי לבדיקת התאמה לצרכים הקליניים ונוחות שימש.
- המערכת נבחנה בטיחותית ע"י ניהול סיכונים.

הדגם אשר נמצא המתאים ביותר לטיפול בעירוי רב-ערוצי על דעת כל גורמי ביה"ח הרלוונטיים, קרי ניהול סיכונים, בית המרקחת, מערך הסיעוד, הנהלת ביה"ח הכללי והנדסה רפואית, הינו דגם MEDLEY מתוצרת חברת BD-ALARIS. אי לכך יש לראות ביצרן זה ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' 420002090 ע"פ הפירוט הבא:

פריט 1 – יח' מרכזית (8015 PCU) – בכמות 200 יח'.
פריט 2 – מודול משאבת עירוי וליומטרית (8100 PUMP MODULE) – בכמות 400 יח'.
פריט 3 – עמוד נשיאה נייד – בכמות 200 יח'.

הפריטים הנ"ל מהווים יחד 200 מערכות מלאות של עירוי דו-ערוצי.

יש לדרוש <u>תקופת אחריות מלאה של 5 שנים</u> מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל, כפי שניתן ברכש של כל משאבות העירוי הרב-ערוציות (PCU ומודולים) מהסוג הנ"ל. על תקופת האחריות לכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל חלפים ועבודה), ע"פ הנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת.

בברכה,

מיטל ביטטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעות מחיר